



Spolufinancováno
Evropskou unií



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Identifikace veřejné zakázky

Název: MUNI BioPharma Hub – Dodávka laboratorního nábytku

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007398>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

A) Žádost o vysvětlení ZD ze dne 29. 11. 2024

Zadavatel obdržel dne 29. 11. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dotaz č. 1

Součástí dodávky interiéru je dodávka a montáž svislých nosných konstrukcí pro upevnění svodu médií a kabeláže ze stropu. Pro ukotvení konstrukcí do stropu/podlahy bude nutné zasáhnout do podlahy, stropu upevňovacími prvky.

Bude tento zásah možný z hlediska statiky stropu a práv zhotovitele podlahy a stropu?

Dotaz č. 2

Standard T145 popisuje radionuklidovou digestoř. Pro přesné stanovení provedení bezpečného odstínění je nutné znát parametry zdroje záření se kterým se bude v digestoři pracovat.

Je možné pro správnou specifikaci digestoře doplnit údaj o požadovaném stínění (síla stínění, případně výška nad pracovní plochou)?

Dotaz č. 3

Součástí zadávací dokumentace jsou výkresy nápojných míst pro digestoř – vývody ze zdi. Vzduchotechnika je přivedena ze stropu, média a kabelové rozvody jsou zakótovány na stěně.

Chápeme tedy správně, že pro připojení digestoří budou připravena nápojná místa na stěně (nebudou použity svody ze stropu a kotvené nosné žebříky)?

Za zodpovězení dotazů předem děkujeme.“

Odpovědi zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel sděluje, že bude zásah do stropů/podlah pro upevnění bude možný, přičemž bude nutné postup koordinovat se stavbou, tedy s GDS.

Ad 2)

Zadavatel doplňuje požadované informace:

- **Specifikace zdroje ionizujícího záření – 32P organicky vázaný (alfa a gama značené deoxynukleotidytrifosfáty a nukleosidtrifosfáty, vázané formy DNA a RNA. Zdroj ionizujícího záření Beta.**
- **Kategorie I. Pro tuto kategorii jsou odstupňovaná množství a použitelné digestoře či práce přímo na laboratorním stole s ochranou plexisklem – ochranný štít.**
- **Pro běžnou práci bude uživatel zpracovávat/objednávat cca maximálně 18.5 MBq balení izotopu během 14 dní.**

Ad 3)

Zadavatel sděluje, že dodavatel chápe správně, že pro připojení digestoří budou připravena nápojná místa na stěně – viz schéma Digestoře_schemata_napojení.

B) Žádost o vysvětlení ZD ze dne 2. 12. 2024

Zadavatel obdržel dne 2. 12. 2024 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

mohli byste mám prosím objasnit následující dotazy:

1.

V záhlaví zadávací dokumentace V.V. je uvedeno, že součástí dodávky je mimo jiné „... zaškolení obsluhy, provozní řády, manuály a revize...“.

Chápeme správně, že jsou požadovány dokumenty týkající se používání, servisování a ovládání dodaných zařízení a vybavení a není zamýšleno vypracování Provozních řádů pracoviště (nutný popis procesů, komunikace s uživateli, dotčenými orgány jako např. hygiena, požárníci, atp.)?

2.

Součástí dodávky laboratorního interiéru je dodávka a montáž svislých nosných konstrukcí pro upevnění svodu médií a kabeláže ze stropu. Následně mají být svody médií a kabelových rozvodů zakrytovány s použitím servisních dvířek (standard SM a Z1).

Chápeme správně, že přívody médií a kabelových rozvodů budou dodány stavbou a svedeny od stropu do stanovené výšky a ukončeny předepsaným uzávěrem-ventilem/volným kabelem 3m nad / pod pracovní deskou (200-550mm nad podlahou)?

3.

Ve V.V. se na různých místech vyskytuje název položky Digestoř v různých formách, např.:

G62-404_T40 Digestoř chemicky odolná včetně Odtahu

G62-406_T40 Digestoř chemicky odolná

G62-407_T40 Digestoř

První dvě položky s uvedením v názvu „Digestoř chemicky odolná“ obsahují v popisu ve V.V. vnitřní vyložení na rozdíl od třetí varianty – pouze „Digestoř“.

Má uvedení v názvu „včetně odtahu“ u první verze pojmenování nějaký technický význam (např. dodávku ventilátoru, potom prosíme doplnit požadované parametry) nebo je to pouze formulační varianta?

Předem děkuji a s pozdravem“

Odpovědi zadavatele:

Ad 1)

Zadavatel sděluje, že součástí dodávky není vypracování Provozních řádů pracoviště, jak správně dovozuje dodavatel.

Ad 2)

Ano, dodavatel správně předpokládá, že přívody médií a kabelových rozvodů budou dodány stavbou (GDS) a svedeny od stropu do stanovené výšky a ukončeny předepsaným uzávěrem-ventilem/volným kabelem nad / pod pracovní deskou (resp. nad podlahou).

Ad 3)

Zadavatel sděluje, že pojmem „včetně odtahu“ je myšleno napojení na odtah připravený stavbou (GDS) – viz schéma Digestoře_schemata_napojení.

ZÁVĚR A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Zadavatel s ohledem na povahu vysvětlení neprodlužuje lhůtu pro podání nabídek, která tak zůstává zachována, a to do 13. 1. 2025 do 11:00 hod.