

Všem zájemcům o veřejnou zakázku

Vyřizuje/tel.

Mgr. et Mgr. Michal Boroš / +420 549 49 3220

V Brně, dne 4. 12. 2024

Věc: Veřejná zakázka: Destičkový spektrofotometr**Vysvětlení zadávací dokumentace (1)**

Zadavatel poskytuje všem dodavatelům, kteří požádali o vysvětlení zadávací dokumentace nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta, případně jiným dodavatelům, kteří vznesli dotaz k zadávacím podmínkám, vysvětlení zadávací dokumentace. Vysvětlení zadávací dokumentace je poskytováno na základě dotazů dodavatelů (dotaz – odpověď) nebo informací poskytovaných zadavatelem (sdělení). Formulace dotazů dodavatelů je doslovně převzata.

Dotaz č. 1:

Zadavatel požaduje lineární a orbitální třepání destičky, nastavitelná intenzita i čas. Orbitální třepání s nastavitelnou intenzitou a časem dle našeho názoru splňuje stanovený účel. Bude zadavatel akceptovat přístroj splňující stanovený účel vybavený orbitálním třepáním s nastavitelnou intenzitou a časem?

Odpověď 1:

Zadavatel z důvodu možnosti flexibility míchání různých typů vzorků trvá na minimálních požadavcích na předmět veřejné zakázky uvedených ve znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – technická specifikace.

Dotaz č. 2:

Zadavatel požaduje pro absorbanční měření: rozsah vlnových délek nejméně 250 – 1 000 nm, nastavení dvojicí monochromátorů v celém rozsahu, přesnost a správnost vlnových délek ± 0.5 nm nebo lepší. Vzhledem k povaze metody je pro naprostou většinu aplikací vyhovující přesnost a správnost vlnových délek při měření absorbance v řádu několika nanometrů. Bude zadavatel akceptovat zařízení vybavené dvojicí monochromátorů pro měření absorbance s přesností a správností vlnových délek ± 2 nm, opakovatelností vlnových délek $< 0,2$ a s rozsahem měření 200 – 1000 nm?

Odpověď 2:

Zadavatel z důvodu vyšší přesnosti měření různých blízkých vlnových délek trvá na minimálních požadavcích na předmět veřejné zakázky uvedených ve znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – technická specifikace.

Dotaz č. 3:

Zadavatel požaduje rozsah emise při fluorescenčních měřeních 280-850 nm. Bude zadavatel akceptovat zařízení plně splňující zamýšlený účel s rozsahem emise 270-840 nm vyhovujícím standardním požadavkům na fluorescenční měření?



Odpověď 3:

Zadavatel z důvodu nutnosti měření barviček dlouhého červeného spektra s emisí zasahující k 850 nm trvá na minimálních požadavcích na předmět veřejné zakázky uvedených ve znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace – technická specifikace.

Sdělení č. 1:

Zadavatel uvádí, že ustanovení **zadávací dokumentace včetně všech jejích příloh a lhůty pro podání nabídek zůstávají beze změn.**

manažer veřejných zakázek