



Spolufinancováno
Evropskou unií



Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4

Identifikace veřejné zakázky

Název: MUNI BioPharma Hub – Dodávka laboratorního nábytku

Druh veřejné zakázky: Dodávky

Druh řízení: Otevřené řízení

Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007398>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Masarykova univerzita

Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno

IČ: 00216224

Zadavatel obdržel dne 18. 12. 2024 žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

prosím o objasnění následujících nejasností:

1. Dotaz

Ve výkazu výměr pro 1. NP je uvedena položka s číslem standardu N189 se dvěma různými názvy a různými rozměry, konkrétně:

- Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, 3 police, 1 záchytná vana, rozměr 596 x 616 x 1968, (řádek 589)

- Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vana. Barva: korpus RAL 5010, dveře RAL 3004, rozměr 950 x 500 x 1950 mm, (řádek 1375)

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr má přednost před standardy, ptáme se, zda se má jednat o jiný výrobek, nebo se jedná pouze o administrativní chybu ve výkazu výměr a požadovaný výrobek má odpovídat popisu standardu N189 ve všech případech?

2. Dotaz

Ve výkazu výměr pro 2. NP je uvedena položka s číslem standardu N189 se dvěma různými názvy a různými rozměry, konkrétně:

- Skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90, 3 police, 1 záchytná vana, rozměr 596 x 616 x 1968, (řádek 360, 627)

- Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vana. Barva: korpus RAL 5010, dveře RAL 3004, rozměr 950 x 500 x 1950 mm, (řádek 1573)

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr má přednost před standardy, ptáme se, zda se má jednat o jiný výrobek, nebo se jedná pouze o administrativní chybu ve výkazu výměr a požadovaný výrobek má odpovídat popisu standardu N189 ve všech případech?

3. Dotaz

Ve výkazu výměr pro 3. NP a 4. NP je uvedena položka s číslem standardu N189, ovšem s názvem a rozměry, které neodpovídají uvedenému standardu. Ve výkazu výměr je uvedena Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vana. Barva: korpus RAL 5010, dveře RAL 3004, rozměr 950 x 500 x 1950 mm, zatímco ve standardu je požadavek na skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90.

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr má přednost před standardy, ptáme se, zda se má jednat o jiný výrobek, nebo se jedná pouze o administrativní chybu ve výkazu výměr a požadovaný výrobek má odpovídat popisu standardu N189 ve všech případech?

4. Dotaz

Ve výkazu výměr pro 3. NP je uvedena položka s číslem standardu N225, ovšem s názvem a rozměry, které neodpovídají uvedenému standardu. Ve výkazu výměr je uvedena Skříň plechová na chemikálie, jednokřídlá, 6 výjezdových polic, rozměr 545 x 520 x 1950 mm, zatímco ve standardu je požadavek na skříň bezpečnostní na hořlaviny, typ 90.

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr má přednost před standardy, ptáme se, zda se má jednat o jiný výrobek, nebo se jedná pouze o administrativní chybu ve výkazu výměr a požadovaný výrobek má odpovídat popisu standardu N225 ve všech případech?

5. Dotaz

Ve výkazu výměr pro 1. NP a 2. NP je uvedena položka s číslem standardu T06 se dvěma různými názvy, konkrétně:

- Mrazák šuplíkový
- Mrazák

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr má přednost před standardy, ptáme se, zda se má jednat o stejný výrobek v provedení s policemi při označení Mrazák a v provedení se šuplíky při označení Mrazák šuplíkový, nebo se jedná pouze o administrativní chybu ve výkazu výměr a požadovaný výrobek má odpovídat popisu standardu T06 ve všech případech – tedy laboratorní mraznička s policemi?

6. Dotaz

Ve výkazu výměr pro 3. NP a 4. NP je uvedena položka s číslem standardu T06, ovšem s názvem, který neodpovídá uvedenému standardu. Ve výkazu výměr je uveden Mrazák šuplíkový, zatímco ve standardu je požadavek na laboratorní mrazničku s policemi.

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr má přednost před standardy, ptáme se, zda se má jednat o stejný výrobek v provedení s šuplíky, nebo se jedná pouze o administrativní chybu ve výkazu výměr a požadovaný výrobek má odpovídat popisu standardu T06 ve všech případech – tedy laboratorní mraznička s policemi?

7. Dotaz

Ve výkazu výměr pro 1. NP, 2. NP a 3. NP je uvedena položka s číslem standardu T36, ovšem s názvem, který neodpovídá popisu uvedeného standardu. Ve výkazu výměr je uvedena Kombinovaná laboratorní lednice, zatímco v popisu standardu je popsána domácnostní kombinovaná chladnička.

Vzhledem k tomu, že výkaz výměr má přednost před standardy, ptáme se, zda se má jednat o výrobek popsáný ve standardu T36, nebo o jiný výrobek, vyplývající z názvu uvedeném ve výkazu výměr „Kombinovaná laboratorní lednice“ dle standardu T05?

8. Dotaz

Ve výkazu výměr je standard T03 veden jako Chladnička laboratorní. Žádáme o potvrzení, že zadavatel požaduje laboratorní chladničku splňující normu IEN 61010-1 o teplotním rozsahu +3°C až +16°C s přesností regulace $\pm 1^\circ\text{C}$ a teplotní stabilitou $\pm 3^\circ\text{C}$ pro zajištění vysoce přesné teplotní regulace a minimálního kolísání teplot pro správné uchovávání citlivých vzorků.

9. Dotaz

Ve výkazu výměr jsou standardy T03, T05, T06, T27 a T36 vedeny jako laboratorní přístroje. Žádáme o potvrzení, že zadavatel požaduje, aby tyto přístroje měly zabudovanou funkci alarmu pro vysoké a nízké teploty, aby byla splněna co nejvyšší možná ochrana a správné uchování citlivých vzorků.

10. Dotaz

Ve výkazu výměr jsou standardy T03, T05, T06, T27 a T36 vedeny jako laboratorní přístroje. Žádáme o potvrzení, že zadavatel požaduje, aby tyto přístroje měly možnost připojení externího data loggeru pro kontinuální záznam teplot, aby byla splněna možnost záznamu teplotní křivky a sledování teplot v reálném čase.

11. Dotaz

Ve výkazu výměr je standard T05 veden jako Chladnička kombinovaná laboratorní. Žádáme o potvrzení, že zadavatel požaduje laboratorní kombinovanou chladničku splňující normu IEN 61010-1 o teplotním rozsahu +3°C až +15°C pro chladicí část a -9°C až -30°C pro mrazicí část s přesností regulace $\pm 1^\circ\text{C}$ a teplotní stabilitou $\pm 2^\circ\text{C}$ pro chladicí část a $\pm 4^\circ\text{C}$ pro mrazicí část pro zajištění vysoce přesné teplotní regulace a minimálního kolísání teplot pro správné uchovávání citlivých vzorků.

12. Dotaz

Ve výkazu výměr je standard T06 veden jako Mrazák / Mrazák šuplíkový. Žádáme o potvrzení, že zadavatel požaduje laboratorní mrazničku splňující normu IEN 61010-1 o teplotním rozsahu -10°C až -30°C s přesností regulace $\pm 1^\circ\text{C}$ a teplotní stabilitou $\pm 5^\circ\text{C}$ pro zajištění vysoce přesné teplotní regulace a minimálního kolísání teplot pro správné uchovávání citlivých vzorků.

13. Dotaz

Zadavatel má ve výkazu výměr u 2. NP uveden požadavek na myčku vestavěnou, ale odkazuje se na číslo standardu T28, který je na Mycí a dezinfekční automat včetně příslušenství. Jedná se o myčku dle standardu T28, nebo bude zadavatel požadovat jiné zařízení?

14. Dotaz

Zadavatel uvádí ve výkazu výměr laboratorní myčku včetně příslušenství, které však není v zadávací dokumentaci ani standardu T28 specifikováno. Požaduje zadavatel doplnit standard dle výrobcem doporučeného a pro provoz nezbytného příslušenství o:

- Základní horní koš + spodní koš s možností uložení až dvou injektorových modulů,

- Nástavec pro mytí širokohrdlého laboratorního skla,
- Modulové nástavce pro mytí až 36-ti kusů úzkohrdlého skla,
- Externí dávkovač tekuté chemie, který je pro tento typ zařízení nezbytný?

15. Dotaz

Zadavatel má ve výkazu výměr oproti standartu T28 uvedené odlišné názvy a jiné rozměry. Požaduje zadavatel dodat dle názvu uvedeného ve standartu T28 a rozměrů uvedené v tomto standartu tj. 600x600x835 mm včetně víka?“

Odpovědi zadavatele:

Předně zadavatel uvádí, že Výkaz výměr a Standardy společně stanovují požadované technické podmínky výrobku v nutném rozsahu, který musí být účastníkem naplněn. V případě rozporu v dílčích technických podmínkách uvedených ve Standardech a Výkazu výměr je nadřazeným dokumentem Výkaz výměr, tak jak je uvedeno. Tím však nutnost splnění podmínek stanovených ve Standardech, jež nejsou v rozporu s Výkazem výměrem, není dotčena.

K jednotlivým dotazům pak zadavatel uvádí následující:

Ad 1)

Jedná se o administrativní chybu ve Výkazu výměr – platí tedy, pol. N189 – Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vana. Barva: korpus RAL 5010, dveře RAL 3004.

Ad 2)

Zadavatel sděluje, že se jedná o rozpor ve Výkazu výměr pro 2. NP a platí následující:

řádek 360 – jedná se o Standard N183 dle popisu ve Standardu;

řádek 627 – jedná se o Standard N189 dle popisu ve Výkazu výměr;

řádek 1573 – jedná se o Standard N189 dle upřesňujícího popisu ve Výkazu výměr.

Ad 3)

Zadavatel má za to, že ve 3. a 4. NP je vše v pořádku – platí tedy, pol. N189 – Skříň plechová se zabudovaným boxem (odolnost 30 minut), dvoukřídlá, 3 police, záchytná vana. Barva: korpus RAL 5010, dveře RAL 3004.

Ad 4)

Zadavatel sděluje, že se ve všech případech jedná o Standard N225 s upřesňujícím popisem dle Výkazu výměr.

Ad 5)

Jedná se o administrativní chybu ve Výkazu výměr, požadovaný výrobek má odpovídat popisu Standardu T06 ve všech případech – tedy laboratorní mraznička s policemi.

Ad 6)

Jedná se o administrativní chybu ve Výkazu výměr, požadovaný výrobek má odpovídat popisu Standardu T06 ve všech případech – tedy laboratorní mraznička s policemi.

Ad 7)

Zadavatel sděluje, že v 1. NP a 2. NP bude dodávána chladnička T36, zadavatel však upravuje Standard T36, který je přílohou tohoto vysvětlení.

V 3. NP se pak chladnička T36 vůbec nenachází.

Ad 8)

Zadavatel potvrzuje, že požaduje laboratorní chladničku (T03) splňující normu IEN 61010-1 tak, jak uvádí dodavatel.

Ad 9)

Zadavatel potvrzuje, že požaduje, aby laboratorní přístroje T03, T05, T06, T27 a T36 měly zabudovanou funkci alarmu pro vysoké a nízké teploty.

Ad 10)

Zadavatel potvrzuje, že požaduje, aby laboratorní přístroje T03, T05, T06, T27 a T36 měly možnost připojení externího data loggeru pro kontinuální záznam teplot.

Ad 11)

Zadavatel potvrzuje, že požaduje chladničku kombinovanou laboratorní (T05) splňující normu IEN 61010-1 tak, jak uvádí dodavatel.

Ad 12)

Zadavatel potvrzuje, že požaduje mrazák / mrazák šuplíkový (T06) splňující normu IEN 61010-1 tak, jak uvádí dodavatel.

Ad 13)

Jedná se o mycí a dezinfekční automat dle Standardu T28, dle popisu ve Výkazu výměr doplněný o požadovanou vlastnost „vestavěného provedení“.

Ad 14)

Zadavatel požaduje dodání včetně uvedeného příslušenství a z tohoto důvodu také upravuje Standard T28, který je přílohou tohoto vysvětlení.

Ad 15)

Zadavatel sděluje, že se jedná ve všech případech o Standard T28, přičemž ve Výkazu výměr je vždy pouze upřesňující popis.

ZÁVĚR A LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Vzhledem k tomu, že zadavatel neuveřejnil toto vysvětlení zadávací dokumentace ve lhůtě dle § 98 odst. 4 ZZVZ, je povinen prodloužit lhůtu pro podání nabídek o tolik pracovních dnů, o kolik přesáhla doba od doručení žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace do uveřejnění vysvětlení 3 pracovní dny, tedy prodlužuje dle uvedeného ustanovení ZZVZ lhůtu pro podání nabídek o 1 pracovní den.

S ohledem na výše uvedené vysvětlení a provedenou úpravu zadávacích podmínek pak zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek o dalších 7 kalendářních dní v souladu s § 99 odst. 2 věta první, lhůta pro podání nabídek je tak stanovena do 21. 1. 2025 do 11:00 hod.