

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Laminární box pro GMO laboratoř

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 8. 1. 2025 v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Dotaz č. 1:

- a) *Je pro vás přípustné nabídnutí laminárního boxu. Který má šířku pracovní plochy 1497 mm, kdy jeho vnější rozměr šířky boxu je 1655 mm?*
- b) *Je pro vás přípustné zařízení s ovládacím panelem bez dotykové obrazovky, ale s membránovou klávesnicí, která lze ovládat v rukavicích a je umístěn ergonomicky na předním horním čelním panelu boxu, tak, aby byl snadno dostupný pro obsluhu?*
- c) *Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení s klasickým osvětlením a intenzitou > 1000 luxů?*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel akceptuje i:

ad a) Šířku pracovní plochy 149 cm a vnější šířku boxu 166 cm.

ad b) Ovládací panel s membránovou klávesnicí, kterou lze ovládat v rukavicích.

ad c) Zařízení s klasickým osvětlením a intenzitou > 1000 luxů.

Přílohou poskytujeme upravené technické podmínky (předloha Přílohy č. 1 návrhu Smlouvy – Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění).

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Rostislav Gnida
manažer veřejných zakázek



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz