

ROZHODNUTÍ O VÝBĚRU DODAVATELE

Identifikace veřejné zakázky

Název: **NMR spektrometr**
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007200>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta**
Sídlo: Žerotínovo nám. 617/9, 601 77 Brno
Korespondenční adresa: Kotlářská 267/2, 611 37 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. Mgr. Tomášem Kašparovským, Ph.D., děkanem

Zadavatel rozhodl o výběru nabídky účastníka **Měřicí technika Morava s.r.o., Babická 619, 664 84 Zastávka, IČ: 29316715**, jako nejvhodnější k plnění výše uvedené veřejné zakázky.

Odůvodnění:

Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že podané nabídky budou hodnoceny následujícím způsobem:

- 1) Podané nabídky budou hodnoceny dle jejich ekonomické výhodnosti. Ekonomickou výhodností se v souladu s § 114 odst. 2 ZZVZ rozumí nejvýhodnější poměr ceny a kvality, kdy cena je dle § 116 odst. 4 ZZVZ pevná a hodnotí se pouze kvalita nabízeného plnění. Zadavatel stanovil tuto **pevnou cenu: 10 094 214,- Kč bez DPH**.
Nejvýhodnější nabídkou je ta, která získá nejvyšší celkový počet bodů, tj. součet bodových ohodnocení v jednotlivých kritériích kvality.
- 2) Hodnoceny mohou být pouze nabídky, které splní všechny požadavky zadavatele uvedené v Technických podmínkách této zadávací dokumentace. Pokud nebudou všechny požadavky splněny, nabídka nebude hodnocena a účastník bude vyloučen z další účasti v zadávacím řízení. Účastník zadávacího řízení není oprávněn podmínit jím navrhované údaje, které jsou předmětem hodnocení další podmínkou. Podmínění nebo uvedení několika rozdílných hodnot je důvodem pro vyloučení účastníka zadávacího řízení.
- 3) **Pevnou cenou** se rozumí cena za splnění předmětu veřejné zakázky.
- 4) **Kritéria kvality:**
 - a) **V rámci hodnocení kritéria č. 1** – v případě, že „Širokopásmová RT-sonda (5 mm) s citlivostí kanálu $^1\text{H} \geq 550:1$ “ bude v nabídce přítomna, nabídka obdrží **15 bodů**. Pokud přítomna nebude, nabídka obdrží 0 bodů.
 - b) **V rámci hodnocení kritéria č. 2** – v případě, že „Širokopásmová RT-sonda (5 mm) s citlivostí kanálu ^{13}C (^1H decoupling) $\geq 220:1$ “ bude v nabídce přítomna, nabídka obdrží **15 bodů**. Pokud přítomna nebude, nabídka obdrží 0 bodů.

- c) **V rámci hodnocení kritéria č. 3** – v případě, že „Širokopásmová RT-sonda (5 mm) s citlivostí kanálu $^{31}\text{P} \geq 200:1$ “ bude v nabídce přítomna, nabídka obdrží **10 bodů**. Pokud přítomna nebude, nabídka obdrží 0 bodů.
- d) **V rámci hodnocení kritéria č. 4** – sonda umožňuje nízkoteplotní měření za pomoci zařízení (Dewarova nádoba a transfer line), které je ve stávající NMR laboratoři pro tyto účely již používáno. Pokud sonda tyto podmínky splňuje, nabídka obdrží **10 bodů**. Pokud tyto podmínky sonda nesplňuje, nabídka obdrží 0 bodů.
- e) **V rámci hodnocení kritéria č. 5** – odpar kapalného helia supravodivého magnetu je maximálně 13 ml/h. Pokud tyto parametry supravodivý magnet splňuje, nabídka obdrží **10 bodů**. Pokud parametry magnet nesplňuje, nabídka obdrží 0 bodů.
- f) **V rámci hodnocení kritéria č. 6** – schopnost supravodivého magnetu tlumit vnější poruchy magnetického pole (provoz tramvají, výtahů) bez nutnosti využití lock funkce spektrometru. Utlumení frekvencí $> 5\text{ Hz}$ je větší než 98% a utlumení 50-60 Hz frekvencí elektrického napětí je $> 99\%$. Pokud budou tyto podmínky splněny, nabídka obdrží **10 bodů**. Pokud parametry magnet nesplňuje, nabídka obdrží 0 bodů.
- g) **V rámci hodnocení kritéria č. 7** – možnost provedení automatických, pravidelných kalibrací teploty, 3D shimmingu, 90° pulzů pro ^1H a ^{13}C jádra. V případě, že je tato možnost splněna, nabídka obdrží **15 bodů**. Pokud tato možnost přítomna nebude, nabídka obdrží 0 bodů.
- h) **V rámci hodnocení kritéria č. 8** – PC pro nastavování, spouštění a analýzu NMR experimentů a ovládání spektrometru je přímo přístupný vzdáleným přístupem přes internet. Pokud PC splňuje tyto podmínky, nabídka obdrží **15 bodů**. Pokud tato možnost přítomna nebude, nabídka obdrží 0 bodů.
- 5) V případě bude-li dosaženo rovného celkového počtu bodů při hodnocení kvality v nabídkách účastníků zadávacího řízení, rozhodne o jejich pořadí Cena jedné hodiny pozáručního servisu dle článku VII. odst. 8 písm. a) návrhu kupní smlouvy (dále jen „cena hodiny pozáručního servisu“). Nabídka účastníka zadávacího řízení, který v uvedeném případě nabídne nejnižší cenu hodiny pozáručního servisu, bude vybrána jako nejvýhodnější.

Výsledek hodnocení a pořadí nabídek vyplývá z níže uvedeného:

Pořadí	Identifikační údaje účastníka	Počet bodů celkem	Poř. č. nabídky
1.	Měřicí technika Morava s.r.o., Babická 619, 664 84 Zastávka, IČ: 29316715	100	1
2.	JEOL (EUROPE) SAS, 1 Allée de Giverny, 78 290 Croissy-sur-Seine, Francie, IČ: 652005257 včetně své organizační složky JEOL (EUROPE) SAS – organizační složka, Karlovo náměstí 293/13, 121 35 Praha 2 – Nové Město, IČ: 41691415	90	2

Nejvýhodnější nabídkou je dle zadavatelem stanovených hodnotících kritérií nabídka účastníka **Měřicí technika Morava s.r.o.**, pořadové číslo nabídky 1.

Další informace k hodnocení nabídek jsou zaznamenány v protokolu o průběhu přezkumu, který je (bez příloh) přiložen k tomuto rozhodnutí. Protokol o průběhu přezkumu splňuje náležitosti zprávy o hodnocení nabídek ve smyslu § 119 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

Zadavatel posoudil splnění podmínek účasti vybraného dodavatele a konstatoval, že dodavatel splňuje veškeré stanovené podmínky. Podrobně je výsledek posouzení splnění podmínek účasti vybraného dodavatele zaznamenán v přiloženém protokolu o průběhu přezkumu.

prof. Mgr. Tomáš Kašparovský, Ph.D.

děkan

(podepsáno elektronicky)