

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Laminární box pro GMO laboratoř

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 13. 1. 2025 v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

1) Dotaz č. 1:

Ve vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1 ze dne 9.1. bylo umožněno nabídnutí modelu s ovládacím panelem s membránovou klávesnicí, kterou lze ovládat v rukavicích (samozřejmě jeho součástí je i displej). V tabulce TS zůstal ještě bod: Zobrazení bezpečnostních informací na jedné obrazovce

- a) *Náš dotaz k tomuto bodu: Je pro vás přípustné splnění tohoto požadavku právě tímto displejem a zobrazení informací na něm?*
- b) *Je pro vás přípustné nabídnutí modelu s ovládacím panelem, který je ergonomicky umístěn na předním horním čelním panelu boxu, tak, aby byl snadno dostupný pro obsluhu? Lze tedy změnit původní požadavek vycentrován za ergonomicky umístěn?*
- c) *Chápeme správně, že váš požadavek specifikován v tabulce jako: Rozměry okna - výška pracovního okna min. 200 mm je myšlena výška otvoru pod oknem v pracovní poloze min. 200 mm?*
- d) *Předpokládáme správně, že vzhledem k váze zařízení a tedy nevhodnosti jeho umístění na laboratorní stůl má být součástí nabídnutého příslušenství také stojan?*

Odpověď zadavatele:

ad a) Zadavatel potvrzuje, že splnění požadavku prostřednictvím uvedeného displeje a zobrazení informací na něm je přípustné.

ad b) Model s ergonomicky umístěným ovládacím panelem na předním horním čelním panelu boxu je přípustný.

ad c) Ano, výška otvoru pod oknem v pracovní poloze musí být minimálně 200 mm.

ad d) Zadavatel potvrzuje, že zařízení má být dodáno včetně stojanu.

Přílohou poskytujeme **upravené technické podmínky** (předloha Přílohy č. 1 návrhu Smlouvy – Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění).

Zadavatel prodlužuje v návaznosti na Vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace č. 1 a 2 lhůtu pro podání nabídek o **dva pracovní dny**. Lhůta pro podávání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Rostislav Gnida
manažer veřejných zakázek