

Technická specifikace

Pacientské simulátory

Tato veřejná zakázka je rozdělena na čtyři části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 4 VZ:

4.1 Modul virtuálního monitoru vitálních funkcí pro pacientský simulátor

Softvérová licence aplikace simulovaného pacientského monitoru (po propojení s ovládacím počítačem / simulátorem zobrazuje aktuální vitální funkce).

Počet kusů: 1

Minimální požadavky:

- SW aplikace kompatibilní min. s pacientským simulátorem Gaumard S2220 – Super Tory;
- možnost instalace na stávající HW určený ke stejnému účelu – simulovaný pacientský monitor u pacientského simulátoru Gaumard;
- možnost současného zobrazení min. 5 křivek a 10 číselných údajů;
- simulovaný monitor může zobrazit minimálně následující parametry: HR, ABP, CVP, PAP, NIBP, SpO₂, RR, EtCO₂, teplota, čas, 3 i 12 svodové EKG;
- časově neomezená licence.

4.2 Modul břicha pro císařský řez pacientského simulátoru těhotné ženy

Počet kusů: 4

Náhradní břišní kůže/modul pro simulátor těhotné ženy Gaumard S2200 – Victoria pro nácvik císařského řezu. Vyměnitelný komponent simulátoru, kůže světlé barvy.