

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Reagencie pro přípravu NGS knihoven pro Ústav klinické imunologie a alergologie LF MU - rámcová dohoda 2025-2027

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážená paní, vážený pane,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel dne 10. 3. 2025 prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

1) Dotaz č. 1:

V zadávací dokumentaci uvádíte následující požadavek: „Kity a reagencie musí umožnit fragmentaci a ligaci adapterů v jedné zkumavce (bez případných přečišťovacích kroků), stejně tak amplifikace knihoven musí probíhat v jedné zkumavce (bez případných přečišťovacích kroků).“

Standardní praxe však zahrnuje přečištění po ligaci adapterů u PCR-free protokolu. V případě použití PCR protokolu jsou přečišťovací kroky dva, první po ligaci adapterů a druhý po PCR.

Bude zadavatel akceptovat řešení zahrnující:

*A) Fragmentaci B) Ligaci adapterů C) Mandatorní přečištění (1 přečišťovací krok celkem) pro PCR-free protokol
A) Fragmentaci B) Ligaci adapterů C) Mandatorní přečištění D) PCR E) Mandatorní přečištění (2 přečišťovací kroky celkem) pro protokol zahrnující PCR*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel se rozhodl vyhovět žádosti dodavatele a změnit požadavek na stanovené technické podmínky.

Zadavatel se po zvážení zaslané žádosti rozhodl ze stanovených technických podmínek vypustit požadavek na provedení „bez případných přečišťovacích kroků“.

V návaznosti na výše uvedený dotaz zadavatel **nově stanovil (vymezil) technické podmínky pro dotčené parametry (stanovené technické podmínky) následujícím způsobem:**

„Kity a reagencie musí umožnit fragmentaci a ligaci adapterů v jedné zkumavce, stejně tak amplifikace knihoven musí probíhat v jedné zkumavce.“

- 2) Zadavatel přikládá upravené dokumenty dle textu výše, které účastník použije pro zpracování nabídky.
- 3) Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje **do 1. 4. 2025 do 13:00.**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Ing. Marek Buriška
manažer veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) 1.3 Technická specifikace a položkový rozpočet - příloha č. 1 smlouvy – ze dne 14.3.2025