

DORUČENO ELEKTRONICKY

V Brně dne 31.3.2025
Č. j. MU-ZAK/103636/2025/2725955/LF-3

Veřejné zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Kapesní ultrazvukový přístroj s duální sondou pro Všeobecnou interní kliniku

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky dle ustanovení § 99 a § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Dne 30.3.2025 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dobrý den, zadavatel v části 1.3 - Technické podmínky a specifikace – uvádí požadavek na váhu duální sondy maximálně 250 gramů. Bude do výběrového řízení připuštěna duální sonda o váze 307 gramů? Vyšší váha může být dána mnohými povyšujícími parametry nad rámec zadání.

Na základě výše uvedeného dotazu se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpověď:

1) Dotaz č. 1:

Dobrý den, zadavatel v části 1.3 - Technické podmínky a specifikace – uvádí požadavek na váhu duální sondy maximálně 250 gramů. Bude do výběrového řízení připuštěna duální sonda o váze 307 gramů? Vyšší váha může být dána mnohými povyšujícími parametry nad rámec zadání.

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původně stanoveném požadavku hmotnosti max. 250 g, neboť tento byl určen s ohledem na ergonomii a snadnou manipulaci s přístrojem. Vyšší hmotnost by mohla negativně ovlivnit uživatelský komfort a praktičnost při používání přístroje.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Jana Sadílková
manažerka veřejných zakázek