

Nadlimitní veřejné zakázka zadávaná v otevřeném řízení

Porodní simulátory pro výuku studentů on site

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Dne 4.4.2025 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dobrý den,

v technické specifikaci máte požadavek, že model má mít "Bluetooth rozhraní pro monitorování síly při dystokii ramen". Chtěl jsem se zeptat, zda by byl pro vás akceptovatelný model bez Bluetooth rozhraní?

Na základě výše uvedených dotazů se zadavatel rozhodl poskytnout následující odpovědi:

1) Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v technické specifikaci máte požadavek, že model má mít "Bluetooth rozhraní pro monitorování síly při dystokii ramen". Chtěl jsem se zeptat, zda by byl pro vás akceptovatelný model bez Bluetooth rozhraní?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel netrvá na požadavku Bluetooth rozhraní, z uvedeného důvodu byla tato podmínka z technické specifikace odstraněna.

Zadavatel přikládá novou přílohu 1.3 Technické podmínky a technická specifikace nabízeného plnění_upravené 2. Účastník pro zpracování nabídky použije tento výše upravený dokument.

- 2) V návaznosti na výše uvedené poskytnutí vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace se zadavatel rozhodl prodloužit lhůtu pro podání nabídek této veřejné zakázky. **Lhůta pro podání nabídek se prodlužuje do 5.5.2025 do 10:00 hod.**

- 3) **Ostatní zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn.**

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Jana Sadílková
manažerka veřejných zakázek

Přílohy:

- 1) 1.3 Technické podmínky a technická specifikace nabízeného plnění_upravené 2