

Technická specifikace

Ultrazvukové a ultrasonografické zdravotnické simulátory 2

Tato veřejná zakázka je rozdělena na dvě části. Účastník je oprávněn podat nabídku do jedné nebo více částí veřejné zakázky, vždy však musí splnit všechny požadavky zadavatele pro tu část veřejné zakázky, do které podává nabídku. V případě parametrů vymezených minimální nebo maximální úrovní nebo rozmezím hodnot musí nabídka účastníka vyhovět alespoň stanovené požadované úrovni.

Část 1 VZ:

1.1 Doplnkový modul EMR/ESD pro endoskopický simulátor

Softwarové rozšíření simulátoru Symbionix GI-BRONCH Mentor pro výuku a nácvik endoskopické resekce mukózy (EMR) a disekce submukózy (ESD) při gastroskopii a kolonoskopii. Jednotlivé simulované patientské případy umožňují nácvik vyšetření, diagnostiky a terapeutického výkonu, včetně celkového managementu pacienta.

Počet kusů: 1

Minimální požadavky nad rámec výše uvedených všeobecných požadavků:

- umožňuje simulovat injekci, elevaci, uchopení a resekci léze;
- umožňuje simulovat označení okrajů léze kauterizací, bezpečnou incizi do mukózy, disekci submukózy pod lézí;
- pro uvedené úkony jsou k dispozici adekvátní simulované (virtuální) endoskopické nástroje;
- časově neomezená licence SW.