

Veřejná zakázka malého rozsahu zadávaná mimo režim zákona

Flexibilní nasofaryngoskop

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje analogicky ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky

Dne 5.5.2025 byla zadavateli prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK doručena žádost dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dobrý den,

v technických parametrech uvádíte maximální šířku endoskopické sondy maximálně 2.5 mm. Byla by akceptována i šířka 2,8 mm?

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla doručena po lhůtě stanovené v zadávacích podmínkách, přesto se zadavatel rozhodl poskytnout odpověď na tuto žádost:

1) Dotaz č. 1:

Dobrý den,

v technických parametrech uvádíte maximální šířku endoskopické sondy maximálně 2.5 mm. Byla by akceptována i šířka 2,8 mm?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel trvá na původně stanovené šířce, neboť přístroj bude používán u dětí, kde je klíčová co nejmenší velikost používané sondy.

2) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Jana Sadílková
manažerka veřejných zakázek