

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Microplate reader
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007718>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 30. 5. 2025 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

tímto vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací v rámci tohoto VŘ a prosíme o odpovědi na naše dotazy:

1. V TS máte specifikováno:

P09 Možnost regulace teploty měřicího prostoru v rozmezí nejméně 5 až 40°C.

Náš dotaz: Rozumíme tomu správně, že tím myslíte Možnost regulace teploty měřicího prostoru v rozmezí nejméně teplota okolí + 5 až 40°C?

2. V TS máte specifikováno:

P12 Pracovní PC stanice (PC s monitorem/notebook/tablet/PC integrované v dodaném zboží apod.) nebo integrovaný dotykový displej.

K tomuto náš dotaz: Bude ze strany uživatele řídicího pc poskytnuta multilicence MS Office?

3. V TS máte specifikováno:

P08 Luminiscence flash and glow.



Náš dotaz: Rozumíme tomu správně, že tím myslíte že poptávaný přístroj musí mít možnost luminiscence glow při dodávce v základu a po případném rozšíření dodaného přístroje o injektory pro dávkování (tyto nejsou specifikovány a tedy teď požadovány) musí být zaručena možnost rozšíření o flash luminiscenci ve spojení s injektory?

Pozn: flash metody (fluorescence i luminiscence) = použití injektorů. Bez injektorů nejsou flash metody

4. V TS máte v bodu Q03 požadovaný 1 x ročně autorizovaný pozáruční servis a dále IQ, OQ v rámci instalace.

Náš dotaz: Je někde v ZD specifikovaný také požadavek na servis, který má být již součástí nabídkové ceny a proveden či pravidelně prováděn během záruky? Pokud ano, tak prosíme o specifikaci jak často a v jakém rozsahu a v jakém celkovém počtu během požadované záruky min. 24 měsíců.

Děkujeme za odpovědi.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v zákonné lhůtě odpovídá na jednotlivé dotazy tazatele:

- Ad 1) Ano, tímto rozumíme rozmezí teploty měřicího prostoru vůči okolní teplotě.
- Ad 2) Na přístroj bude možné nainstalovat multilicence MS Office vlastněné uživatelem.
- Ad 3) Ano, požadujeme v rámci této veřejné zakázky v dodávce měření luminiscence glow a možnost rozšíření přístroje v budoucnosti o flash luminiscenci ve spojení s injektorem mimo tuto dodávku.
- Ad 4) Součástí nabídkové ceny je záruční servis po dobu min. 24 měsíců v rozsahu doporučeném výrobcem zařízení či vyžadovaném účinnými právními předpisy (vizte bod I.4) závazné předlohy smlouvy). K doporučení výrobce na údržbu a servis zařízení je třeba přihlídnout zejména v režimu GMP, kdy jsou procesy preventivní údržby, servisu a validací nastavovány právě s ohledem na doporučení výrobce. Při dodávce požadujeme IQ, OQ (včetně validace software) a spolupráci na PQ. Vše včetně validační dokumentace. OQ musí prokázat funkčnost systému včetně validace software. Pozáruční servis není součástí nabídkové ceny, ale požadujeme, aby dodavatel byl schopen zajistit certifikovaný pozáruční servis pro dodávaný přístroj za ceny v místě a čase obvyklé (vizte bod IV.6) závazné předlohy smlouvy).

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu k podání nabídek nově **do 27. 6. 2025 do 11.00 hod.**

V Brně dne 5. 6. 2025

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek