

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (3)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Microplate reader
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007718>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 9. 6. 2025 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Rádi bychom podali následující dotazy na veřejnou zakázku Microplate reader.

1) Požadujete rozsah emise 280 až 850 nm. Budete akceptovat přístroj s velice podobným rozsahem emise 270 až 840 nm? Dle našeho názoru jde o rovnocenné zařízení.

2) Požadujete automatické nastavení výšky měření fluorescence v ose Z. Tento požadavek neumožňuje nabídnout jakýkoliv jiný přístroj s alternativním řešením měření fluorescence a je svým způsobem diskriminační. Je možné tento požadavek vyjmout?

Předem děkujeme za vaše vyjádření.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v zákonné lhůtě odpovídá na jednotlivé dotazy tazatele:

- Ad 1) Zadavatel bude akceptovat tazatelem uvedený rozsah vlnových délek emisí. Zadavatel bude akceptovat odchylky od v URS primárně specifikovaného rozsahu vlnových délek emisí ± 10 nm, pokud zároveň nedojde ke snížení celkového rozsahu o více než 10 nm.
- Ad 2) Nastavení výšky měření fluorescence je pro nás důležitý parametr z těchto důvodů:
- nastavení výšky umožňuje použití více druhů spotřebního materiálu, u kterého není zaručena přesně srovnatelná výška dna desky, kde se vzorky nachází;



- vzorky, které chceme měřit, nebudou pouze v jedné vrstvě a budeme chtít rozlišit signál těchto vrstev;
- nastavení výšky měření fluorescence umožňuje optimalizaci měření pro požadovanou intenzitu a citlivost signálu a minimalizaci signálu pozadí.

Místo automatického nastavení výšky měření fluorescence v ose Z (požadavek P07) bude zadavatel akceptovat i nastavení manuální, pokud je zároveň možné uložit toto nastavení pro opakované měření.

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 99 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu k podání nabídek nově **do 14. 7. 2025 do 11.00 hod.**

V Brně dne 12. 6. 2025

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek