

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Chlazená centrifuga pro laboratoř tkáňových kultur 2025

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČO 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK níže uvedené žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 1 (doručeno 12. 6. 2025):

- a) *Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má kapacitu 4 x 600 ml a je možné používat rotor na MTP s kapacitou až 16 ks?*
- b) *Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má vnější rozměry nepatrně se lišící a to: š 713 x h 654 x v 423 mm a kdy výška s otevřeným víkem je 892 mm?*
- c) *Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení ke kterému můžeme dodat jako velkokapacitní úhlový rotor s max. RCF 16 504 a úhlový rotor pro zkumavky 1,5 / 2,0 ml s max. RCF 24 400?*

Odpověď zadavatele:

ad a) Ano, uvedené parametry jsou přípustné.

ad b) Uvedené vnější rozměry jsou přípustné.

Výška s otevřeným víkem však nesmí přesáhnout 800 mm z důvodu prostorového omezení v místě instalace.

ad c) Úhlový rotor pro zkumavky 1,5 / 2,0 ml s max. RCF 24 400 je přípustný.

Velkokapacitní úhlový rotor musí dosahovat relativní odstředivé síly alespoň 18 000 g.

Žádost č. 2 (doručeno 13. 6. 2025):

- a) *Požadujete maximální výšku s otevřeným víkem 80 cm.
Je možné nabídnout zařízení, kdy celková výška centrifugy při otevřeném víku nepřesahuje 86 cm, s hloubkou zařízení nepřesahující 64 cm?
Tento parametr se odvíjí od konstrukce centrifugy a umístění pantů víka centrifugy a dle výrobců se může drobně lišit. Domníváme se, že můžeme nabídnout technicky a funkčně ekvivalentní řešení s minimální odchylkou od požadavku.*

Odpověď zadavatele:

ad a) Uvedená hloubka zařízení je přípustná.

Výška s otevřeným víkem však nesmí přesáhnout 800 mm. Tento požadavek vychází z prostorového omezení v plánovaném místě instalace.

Žádost č. 3 (doručeno 16. 6. 2025):

- a) *Bude zadavatel akceptovat rozsah nastavitelné rychlosti 500–15 000 RPM namísto požadovaných 300–14 000 RPM?*
- b) *Bude možné akceptovat šířku přístroje, která je o 7 cm větší než specifikovaná?*
- c) *Bude zadavatel akceptovat maximální relativní odstředivou sílu $17\,709 \times g$ u velkokapacitního úhlového rotoru namísto požadovaných $18\,000 \times g$, pokud je zachována požadovaná funkčnost?*

Odpověď zadavatele:

ad a) Požadavek na rychlost se mění následovně: požadovaný rozsah nastavitelné rychlosti je od alespoň 500 RPM do 14 000 RPM nebo více. Uvedený rozsah 500–15 000 RPM je proto přípustný.

ad b) Zadavatel neakceptuje přístroj, jehož šířka by překročila stanovený maximální rozměr. Uvedená odchylka o 7 cm přesahuje prostorové možnosti v místě instalace.

ad c) Zadavatel trvá na tom, že velkokapacitní úhlový rotor musí dosahovat maximální relativní odstředivé síly alespoň 18 000 g. Hodnota $17\,709 g$ nesplňuje tento požadavek.

Přílohou poskytujeme upravené technické podmínky (předloha Přílohy č. 1 návrhu Smlouvy – Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění).

Zadavatel prodlužuje v návaznosti na Vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace č. 1 lhůtu pro podání nabídek o jeden pracovní den. Lhůta pro podávání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Rostislav Gnida
manažer veřejných zakázek