

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: **Hlubokomrazící boxy do laboratoře GMP**
 Druh veřejné zakázky: Dodávky
 Druh zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení
 Režim veřejné zakázky: Podlimitní
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007798>

Identifikační údaje zadavatele

Název: **Lékařská fakulta Masarykovy univerzity**, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
 Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 1. 7. 2025 a opakovaně dne 7. 7. 2025 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

prosíme o poskytnutí dodatečné informace v rámci tohoto VŘ u části 2, kdy v ZD máte uvedeno:

P09 Minimálně 1 kabelová průchodka pro nezávislé čidlo monitoringu o průměru alespoň 40 mm.

Dotaz:

Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které je osazeno kabelovou průchodkou o průměru 30 mm?

Děkujeme za odpověď.“

2. ODPOVĚĚ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v zákonné lhůtě odpovídá na dotaz tazatele následující:

Zadavatel na základě dotazu tazatele upravuje zadávací podmínky a v části 2 bude akceptovat zařízení osazené kabelovou průchodkou o průměru alespoň 30 mm.

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu k podání nabídek nově do 25. 7. 2025 do 11.00 hod. (Tato nová lhůta k podání nabídek se vztahuje k oběma částem veřejné zakázky.)



Příloha: Část 2 VZ - URS 2507 - Příloha 1 - Mrazící box -150°C – rev. 1

V Brně dne 8. 7. 2025

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek