

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Kapalinový chromatograf (GMP)
 Druh veřejné zakázky: Dodávky
 Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
 Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
 Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007785>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
 Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
 IČ: 00216224
 Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 1. 7. 2025 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Vážený pane magistře,

v technických specifikacích udáváte maximální provozní průtok 1200 ml/min nebo menší, také počty vstupů 9 + 3 a míchání gradientu v rámci průtoků 4 - 600 ml/min.

Jsme schopni dodat systém se selektory na požadovaný počet vstupů s použitím maximálního průtoků 600 ml/min.

Pro variantu do 1200 ml/min jsme schopni dodat systém se 2 vstupy pro čerpadlo A a 2 vstupy pro čerpadlo B.

[1] Jaké maximální průtoky plánujete používat?

[2] Všechna míchání budou v binárním gradientu?

[3] Pro zavádění vzorku budete využívat jedno ze dvou čerpadel nebo očekáváte nástřikový ventil se smyčkou nebo třetí dávkovací čerpadlo?

[4] Monitorování UV vyžadujete jaké? Jeden kanál s fixní vlnovou délkou nebo nastavitelný vícekanálový detektor, případně jinou variantu jako např. skenování určitého rozsahu vlnových délek?

Předem děkuji za zodpovězení otázek.

S přáním pěkného dne

Tým dodavatele“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v zákonné lhůtě odpovídá na dotaz tazatele následující:

- Ad 1) Zadavatel předpokládá obvykle používat průtoky v řádu desítek ml/min., maximálně kolem 200 ml/min.
- Ad 2) Ano.
- Ad 3) Způsob zavádění vzorku není zadavatelem v zadávacích podmínkách specifikován, je tedy na účastnících, jaké řešení ve své nabídce zvolí. Zadavatel by z výčtu tazatele preferoval samostatné dávkovací čerpadlo, ale bude akceptovat i jakákoli jiná řešení.
- Ad 4) Zadavatel v zadávacích podmínkách stanovil, že přístroj musí být schopen monitorování UV (požadavek P22), přičemž neupřesnil, jakou formou toho má být dosaženo. Je tedy na účastnících, jaký přístroj s jakou formou monitorování UV ve svých nabídkách nabídnou. Zadavatel preferuje nastavitelný vícekanálový detektor, ale bude akceptovat i jiné formy monitorování UV.

Zadavatel tímto v souladu s ustanovením § 98 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, prodlužuje lhůtu k podání nabídek nově **do 30. 7. 2025 do 11.00 hod.**

V Brně dne 8. 7. 2025

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek