

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (1)

Identifikace veřejné zakázky

Název: Multifunkční monochromátorový microplate reader
Druh veřejné zakázky: Dodávky
Druh zadávacího řízení: Otevřené řízení
Režim veřejné zakázky: Nadlimitní
Adresa veřejné zakázky: <https://zakazky.muni.cz/vz00007849>

Identifikační údaje zadavatele

Název: Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku
Sídlo: Kamenice 753/5, 625 00 Brno
IČ: 00216224
Zastoupen: prof. MUDr. Martinem Repkem, Ph.D., děkanem Lékařské fakulty MU

1. DŮVOD VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Dne 20. 8. 2025 byla zadavateli doručena žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

„Dobrý den,

prosíme tímto o poskytnutí dodatečné informace:

Pro splnění vámi stanovené podmínky v bodě P10, vás tímto žádáme o upřesnění výrobců a konkrétních kitů, které mají být součástí validované soupravy.

Děkujeme za odpověď.“

2. ODPOVĚĎ ZADAVATELE

Zadavatel tímto v zákonné lhůtě odpovídá na dotaz tazatele následující:

Kit pro detekci endotoxinu musí být certifikován pro výrobu (výrobu léčivých přípravků). Součástí této certifikace je výčet přístrojů a software, na kterém výrobce prováděl validaci tohoto kitu – je obvyklé, že výrobce detekčních kitů provede validace pro několik běžně dostupných přístrojů. Náš požadavek je, aby k nabízenému přístroji již existoval kit pro detekci endotoxinu certifikovaný pro výrobu, a nabízený přístroj včetně vyhodnocovacího software byl uveden ve validační dokumentaci certifikace kitu.

Výběr nabízeného zboží a jeho výrobců je zcela na účastnících. Zadavatel ani s ohledem na zásady zadávacích řízení a § 89 ZZVZ nemůže uvést konkrétní výrobce či kity.

V Brně dne 25. 8. 2025

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
Děkan LF MU

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Tomáš Kopecký
manažer veřejných zakázek