

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Chlazená centrifuga pro laboratoř tkáňových kultur podzim 2025

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 1

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČ 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace, na které poskytuje níže uvedené vysvětlení / změnu / doplnění zadávací dokumentace.

1) Dotaz č. 1 (žádost obdržena 19. 9. 2025):

- a) *Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má výšku s otevřeným víkem 892 mm? Tedy rozdíl parametru cca 10 % od požadovaného?*
- b) *Je pro vás přípustné nabídnutí zařízení, které má hmotnost (bez rotoru) cca. 117 kg? Tedy rozdíl parametru méně než 10 % od požadovaného?*

Odpověď zadavatele:

ad a) Zadavatel neakceptuje. Požadavek na maximální výšku zařízení s otevřeným víkem je stanoven pevně a zadavatel trvá na jeho dodržení.

ad b) Zadavatel neakceptuje. Požadavek na maximální hmotnost zařízení bez rotoru je stanoven pevně a zadavatel trvá na jeho dodržení.

2) Dotaz č. 2 (žádost obdržena 19. 9. 2025):

- a) *Nabízený model centrifugy má celkovou šířku o 2 cm větší, než je uvedeno v požadované specifikaci.*
- b) *S nabízeným rotorem dosahuje maximální RCF hodnoty 17 709 × g, což je mírně pod požadovanou hodnotou 18 000 × g. Přístroj je však schopen dosáhnout až 25 910 × g při použití jiného kompatibilního rotoru.*

Bylo by možné nabídnout tento model za uvedených podmínek, vzhledem k zamýšlenému účelu použití?

Odpověď zadavatele:



Spolufinancováno
Evropskou unií



OPJAK.cz
MSMT.cz

ad a) Zadavatel neakceptuje. Požadavek na maximální šířku zařízení je stanoven pevně a zadavatel trvá na jeho dodržení.

ad b) Zadavatel neakceptuje. Požadavek na dosažení minimální hodnoty RCF 18 000 × g s nabízeným rotorem je stanoven pevně a zadavatel trvá na jeho dodržení.

3) Dotaz č. 3 (žádost obdržena 19. 9. 2025):

a) Dobrý den, požadujete centrifugu s maximální výškou s otevřeným víkem 800 mm. Námí nabízené zařízení je vybavené robustním víkem s plynovými vzpěrami, kdy celková výška při otevření nepřesahuje 860 mm.

Je možné nabídnout toto zařízení? Domníváme se, že se jedná o konstrukční charakter centrifugy, který nemá vliv na funkční a uživatelské vlastnosti a můžeme tak nabídnout rovnocenné řešení.

b) Požadujete hmotnost centrifugy max 110 kg. Je možné nabídnout centrifugu s robustní konstrukcí, s hmotností do 120 kg? Vyšší hmotnost může přispět k vyšší stabilitě zařízení (zabránění posunu, vibracím) při stáčení vzorků při vyšších otáčkách/odstředivé síle.

c) Požadujete alespoň 9 programů stáčení.

Bude zadavatel akceptovat zařízení s pamětí pro 6 vlastních programů stáčení?

Odpověď zadavatele:

ad a) Zadavatel neakceptuje. Požadavek na maximální výšku zařízení s otevřeným víkem je stanoven pevně a zadavatel trvá na jeho dodržení.

ad b) Zadavatel neakceptuje. Požadavek na maximální hmotnost centrifugy je stanoven pevně a zadavatel trvá na jeho dodržení.

ad c) Zadavatel neakceptuje. Požadavek na minimálně 9 programů stáčení je stanoven pevně a zadavatel trvá na jeho dodržení.

4) Zadávací podmínky této veřejné zakázky zůstávají beze změn.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Jana Sadílková
manažerka veřejných zakázek