

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Laminární box pro Ústav histologie a embryologie

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 2

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČO 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK níže uvedené žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 1 (doručeno 7. 10. 2025):

- a) *dle poskytnuté dodatečné informace bylo umožněno nabídnutí zařízení s prosklenými boky, ale v TS zůstala následující specifikace:*
Max. šířka boxu (plné boční stěny) 134 cm vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje / hodnoty
Můžeme sami upravit a nebo pouze popsat ve sloupci: vyplní dodavatel - uvede bližší popis, konkrétní údaje / hodnoty?

Odpověď zadavatele:

ad a) Zadavatel upřesňuje, že výraz „plné boční stěny“ označuje uzavřené boční stěny, které zajišťují správné laminární proudění uvnitř pracovního prostoru zařízení. Tyto stěny mohou být vyrobeny i z bezpečnostního skla. Dodavatel může konkrétní provedení zařízení blíže popsat ve sloupci „vyplní dodavatel – uvede bližší popis, konkrétní údaje / hodnoty“, a to bez nutnosti měnit strukturu tabulky technických specifikací.

Toto vysvětlení nemění zadávací podmínky ani technické požadavky na předmět plnění a nemá vliv na běh lhůty pro podání nabídek.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Rostislav Gnida
manažer veřejných zakázek