

Podlimitní veřejná zakázka zadávána ve zjednodušeném podlimitním řízení

Laminární box pro Ústav histologie a embryologie

Vysvětlení, změna, doplnění zadávací dokumentace č. 3

Vážený pane, vážená paní,

Masarykova univerzita, Lékařská fakulta, Kamenice 753/5, 625 00 Brno, IČO 00216224, fakulta veřejné vysoké školy podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, v platném znění, nezapsaná v obchodním rejstříku (dále jen „zadavatel“), si dovoluje dle ustanovení § 99 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), vysvětlit, změnit nebo doplnit zadávací dokumentaci této veřejné zakázky.

Zadavatel obdržel v souladu se zadávacími podmínkami prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK níže uvedené žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace.

Žádost č. 1 (doručeno 8. 10. 2025):

- a) *Musí být opravdu požadovaná průchodka štěrbinová těsnicí? Náš box je standardně vybaven třemi kulatými prostupy Ø 18 mm na každé boční stěně (celkem tedy šesti), které se dají snadno použít pro vstup kabelů. Bylo by pro Vás přijatelné toto řešení?*

Odpověď zadavatele:

ad a) Zadavatel stanovuje požadavek následovně:

Vstupní prostupy pro kabeláž: 1 až 2 kusy, průchod pro kabely 15–80 mm, bez přednostní pravolevé orientace.

Přílohou poskytujeme upravené technické podmínky (předloha Přílohy č. 1 návrhu Smlouvy – Technické podmínky a Technická specifikace nabízeného plnění).

Zadavatel prodlužuje v návaznosti na Vysvětlení, změnu, doplnění zadávací dokumentace č. 3 lhůtu pro podání nabídek **o dva pracovní dny**. Lhůta pro podávání nabídek je uvedena v elektronickém nástroji E-ZAK na adrese veřejné zakázky.

S pozdravem

prof. MUDr. Martin Repko, Ph.D.
děkan LF MU

v z. pro účely el. podpisu
Mgr. Rostislav Gnida
manažer veřejných zakázek