**Příloha č. 2 Smlouvy**

**Technické podmínky pro předmět plnění, technologii a služby zajišťované Dodavatelem**

Specifikace plnění: **dusík, hluboce zchlazený, kapalný o čistotě 5.0 (99,999 %).**

Předpokládaná spotřeba dusíku: předpoklad **60-80 tun za rok při plném provozu**

Předpokládá se postupné plnění kapacity Kryobanky Preklinického centra a s tím související i postupné navyšování dodávek dusíku. Předpoklad plného provozu je předběžně odhadován na začátek roku 2028.

Objednatel bude s Dodavatelem průběžné navyšování dodávek včas komunikovat tak, aby byly zajištěny plynulé dodávky kapalného dusíku

Součástí plnění je ze strany Dodavatele je zajištění dodávky a instalace technologie sloužící k doplňování dusíku a sledování stavu hladiny zásobníků:

a) 1 ks napojovací koncovky kompatibilní s přírubou DN40.
b) technologií sloužících pro doplňování a sledování stavu hladiny Skladovacího (externího) zásobníku Objednatele – telemetrie
   Dodavatel umožní minimálně 4 osobám Objednatele neomezený přímý dálkový přístup ke sledování údajů poskytovaných telemetrií

Objednatel může dodávku dusíku odvolat nejpozději 24 hodin před plánovaným termínem dodání, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

V případě akutní/ nenadálé situace, kterou nebylo možné předvídat, musí Objednatel o těchto skutečnostech Dodavatel informovat bez prodlení.