

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 3 ZE DNE 19.4.2013

ZADAVATEL: Masarykova univerzita
Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed
Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN
IČ: 00216224

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ
1.05/2.1.00/01.0001
Část 22 - Systém pro kvantitativní real-time PCR v mikordeskovém provedení

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Tímto bychom se chtěli zeptat zda-li se jedná o dodávku systému, který umožňuje provádět qPCR ve formátu 96 i 384 zároveň, nebo jen musí existovat možnost obou formátů a dodávat se má jen 96 jamkový systém? Parametr teplotní uniformity (respektive neuniformity) se skutečně týká teplotní uniformity systému nebo jde o teplotní přesnost?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel požaduje v minimálních technických podmínkách, že musí být real-time PCR v provedení minimálně v 96 jamkovém formátu. Pokud plnění předmětu zakázky bude obsahovat 96 i 384 jamkový systém (viz. hodnotícího kritéria B Technická úroveň nabízeného plnění) bude takový přístroj příslušně bodově zvýhodněn. Zadavatel požaduje teplotní uniformitu, kterou chápe jako měření rozptylu teplot v jednotlivých jamkách bloku.

S pozdravem

Vendula Nečasová
GORDION, s.r.o.
Drozdovice 4, 796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 335 705, Fax: +420 582 335 705
e-mail: necasova@gordion.cz
www.gordion.cz