

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 6.5.2013

ZADAVATEL: Masarykova univerzita
Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed
Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN
IČ: 00216224

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

6.část - Termální desorpce pro GC (SBSE)

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Hned v prvním řádku technických parametrů je:

Kompatibilita řešení s plynovými chromatografy Agilent řad 6890 a 7890

(Dodavatel uveďte ANO/ NE)

A můj dotaz je, jak je to míněno?

Protože jestli si zadavatel představuje, že bude zařízení přendávat mezi různými přístroji, tak je to nereálné, protože by se musel přemontovávat i PTV injektor s řídícím modulem a to zřejmě bez pomoci servisního technika není možné.

Pokud jde pouze o to, že se rozhodne pro jeden přístroj (6890 nebo 7890) před instalací, tak to není problém.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel bude používat předmět plnění s plynovým chromatografem Agilent 6890N.

S pozdravem

Vendula Nečasová

GORDION, s.r.o.

Drozdovice 4, 796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 335 705, Fax: +420 582 335 705

e-mail: necasova@gordion.cz

www.gordion.cz