

## DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 4 ZE DNE 13.5.2013

**ZADAVATEL:** Masarykova univerzita  
Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed  
Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN  
IČ: 00216224

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:**  
**ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ VI. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001**

### **9.část - Zařízení na výrobu ultračisté vody milliQ kvality pro in vitro biologi a molekulární biologii**

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

#### **Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

Ze zadání zakázky “Zařízení na výrobu ultračisté vody Milli-Q kvality pro in vitro biologii a molekulární biologii” mi není jasné, zda vstupní voda bude vodovodní nebo předupravená. Požaduje zákazník i měření TOC produkované vody?

#### **Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:**

Zadavatel uvádí v TS, že předmět plnění je včetně zásobní nádoby jako zdroje demineralizované vody. V zásobníku bude upravená vstupní voda, odpovídající ČSN 68 4063 (destilovaná voda). Dodávky destilované vody zajišťuje zadavatel.

V souladu s TS (parametr: TOC< 9ppb) zadavatel požaduje, aby předmět plnění prováděl měření TOC produkované vody.

S pozdravem

**Vendula Nečasová**  
GORDION, s.r.o.  
Drozdovice 4, 796 01 Prostějov  
Tel.: +420 582 335 705, Fax: +420 582 335 705  
e-mail: [necasova@gordion.cz](mailto:necasova@gordion.cz)  
[www.gordion.cz](http://www.gordion.cz)