



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dodatečné informace č. 2

nadlimitní veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení 7. část – Mikroskopy“

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Žádost uchazeče č. 2:

Část 1 – Přímé mikroskopy

Ve specifikaci objektivů předpokládáme, že zadavatel má na mysli název objektivu Plansemiapochromat 100x/1,3 imerzní namísto uvedeného názvu Semiplanachromat 100x/1,3 imerzní. Prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele č.2:

Zadavatel při stanovení minimálních technických parametrů objektivů učinil chybu. Správně má být uvedeno: **Plansemiapochromat 100x/1,3 imerzní**.

Žádost uchazeče č. 3:

Část 5 – Life cell imaging

- a) V textu celkového popisu systému je uvedeno – součástí dodávky je **chlazená barevná digitální kamera** ... ve vlastním technickém popisu (minimální technické parametry) je pak uvedeno: **Chlazená monochromatická digitální kamera** Prosíme o upřesnění.
- b) Ve specifikaci inkubátoru předpokládáme, že zákazník má na mysli **velkoobjemový inkubátor zakrývající i podstatnou část mikroskopu a jeho pracovního prostoru – tzv. Cage typ inkubátoru** a nikoliv jen inkubátor umístěný na skenovacím stolku mikroskopu (tzv. top stage inkubátor – inkubační komora). Prosíme o upřesnění.
- c) U inkubátoru – kontroly prostředí není uvedeno, zda se **má kontrolovat i vlhkost**, poněvadž jde o volitelný parametr. Prosíme o upřesnění.

Odpověď zadavatele č.3:

Ad a) Platí požadavek, který je uveden v požadovaných minimálních technických parametrech přístroje, tj. požadavek na dodávku chlazené monochromatické digitální kamery.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Ad b) Ano, ve specifikaci je skutečně míněn tzv. Cage typ inkubátoru - tedy velkoobjemový inkubátor zahrnující stolek i objektivy.

Ad c) Inkubátor by měl standardně obsahovat zařízení na zvýšení vlhkosti vzduchu (například ve formě nádobky na destilovanou vodu). Automatické měření a sledování vlhkosti vzduchu však není požadováno.

Dále Zadavatel na základě § 49 odst. 4 zákona bez předchozí žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vydává tyto dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 14 Zadávací dokumentace a v bodě IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast, Oznámení o zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek takto:

„Nabídku je nutné podat nejpozději do 18. 07. 2013, přičemž pro část 1 do 12:00 hod., pro část 2 do 13:00 hodin, pro část 3 do 14:00 hod., pro část 4 do 15:00 hod., pro část 5 do 16:00 hod. a pro část 6 do 17:00 hod.“


Změnou lhůty pro podání nabídek se mění bod IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek, Oznámení o zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek takto:

„18. 07. 2013, přičemž pro část 1 ve 12:01 hod., pro část 2 ve 13:01 hod., pro část 3 ve 14:01 hod., pro část 4 v 15:01 hod., pro část 5 v 16:01 hod. a pro část 6 v 17:01 hod.“

Zadavatel dále v Oznámení o zakázce uveřejněném ve Věstníku veřejných zakázek, v příloze B pro část 5 opravuje větu „Součástí dodávky je chlazená barevná digitální kamera s rozlišením minimálně 3 MPixel a expoziční dobou v rozsahu minimálně 1 ms až 60 s “ na větu „Chlazená monochromatická digitální kamera vhodná pro life cell imaging a pokročilé fluorescenční aplikace s rozlišením alespoň 1.8 MPix; expoziční dobou minimálně od 10 us až 6 min.“ čili stručný popis zakázky je tento:

„Monitorovací mikroskopický systém pro dlouhodobé snímání živých buněčných kultur během kultivace vybavený motorizovaným invertovaným mikroskopem s kamerou (motorizace X, Y, Z), změna objektivů, změna optické cesty, ostření součástí stativu (nikoli formou přídavného motoru na mikrošroubu), a plné zachování funkce manuálního ostření. Požadovaný systém umožňuje připojení 2 kamer současně. Chlazená monochromatická digitální kamera vhodná pro life cell imaging a pokročilé fluorescenční aplikace s rozlišením alespoň 1.8 MPix; expoziční dobou minimálně od 10 us až 6 min. Možnost přesného nastavení časosběrného snímání více bodů a řídicí pracovní stanice, LCD monitor o úhlopříčce minimálně „24“, Software pro řízení veškerých motorizovaných částí mikroskopu, snímání kamerou včetně časosběrného snímání a software pro analýzu a grafické a tabulkové vyhodnocení obrazu barevných snímků.“

Zadavatel doplňuje, že opravené oznámení o zahájení zadávacího řízení (příloha č. 5 Zadávací dokumentace) bude v souladu s § 147 zákona uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek do 5 dnů ode dne uveřejnění této dodatečné informace.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



V Brně 31. května 2013

Leichmann

.....
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU

pro účely elektronického podpisu Mgr. Pavel Vicherek