

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 6 ZE DNE 13.6.2013

ZADAVATEL: Masarykova univerzita
Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed
Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN
IČ: 00216224

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

13. část - Fluorodetekční cytometr pro analýzu buněčných kultur

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

V zadávací dokumentaci vyžadujete 4 detektory fluorescence pro čtyřbarevné měření v různých intervalech vlnových délek. Námi nabízený systém má jeden detector (CCD kameru s TDI funkcí), který má celkově 12 detekčních kanálů fluorescence až pro desetibarevné měření v různých intervalech vlnových délek dle toho, kolika lasery má systém obsazen. V případě konfigurace systému s jedním laserem 488 nm má k dispozici 5 detekčních kanálů pro pětibarevné měření v různých intervalech vlnových délek. Můžeme nabídnout tento systém, který Vám poskytne stejnou (ne-li lepší) informaci, pouze jiným způsobem?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel trvá na technických podmínkách ze zadávací dokumentace v části A.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Dále požadujete 2 detektory pro měření rozptylu světla tzv. Sidescatter a forward scatter. Námi nabízený systém nemá typické detektory SSC a FSC v pravém slovy smyslu, ačkoliv tento systém poskytuje totožnou informaci. Forward scatter (detekce velikosti buňky) je nahrazen přesným měřením detekované buňky ze získaného obrazu po vyfocení buňky v μm a sidescatter (detekce vnitřní „granularity“ buněk) je zde zajištěn vlastním laserem pro sidescatter a získávání „darkfield“ obrazů. Můžeme nabídnout tento systém, který Vám poskytne stejnou informaci, pouze jiným způsobem?

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 2:

Zadavatel trvá na technických podmínkách ze zadávací dokumentace v části A.

S pozdravem

Vendula Nečasová

GORDION, s.r.o.

Drozdovice 4, 796 01 Prostějov

Tel.: +420 582 335 705, Fax: +420 582 335 705

e-mail: necasova@gordion.cz

www.gordion.cz