



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Dodatečné informace č. 1

nadlimitní veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení 9. část – Centrifugy“

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Žádost uchazeče č. 1:

Dobrý den,

rádi bychom požádali o následující dodatečnou informaci k Vaší veřejné zakázce „Přístrojové vybavení 9. část – Centrifugy“. Jedná se o veřejnou zakázku na dodávky, která je rozdělená na 3 části a jde o otevřené nadlimitní řízení podle § 27 zákona č. 137/2006 Sb.

Náš dotaz k veřejné zakázce:

Je obvyklé a zavedené dělit centrifugy na 3 kategorie: ultracentrifugy (s otáčkami přes 40.000 RMP), rychloběžné centrifugy (s otáčkami cca 20.000 – 30.000 RPM) a na běžné (nízkootáčkové) centrifugy s RPM pod 20.000 RPM. Tyto tři třídy se konstrukčně odlišují, a proto má toto dělení svoji logiku. Stejně dělení používá i dokumentace v angličtině – ultracentrifuges, high speed centrifuges, low speed centrifuges. Budeme proto v dalším textu používat tuto terminologii.

V části 2 požadujete pouze jedinou centrifugu (rychloběžnou) na 21.000 RPM. V části 3 požadujete 15 centrifug, z nichž jedna je rychloběžná (na 22.000 RPM) a ostatních 14 jsou nízkootáčkové do max. 15.000 RPM.

Prodejem rychloběžných centrifug se zabývá pouze malý počet dodavatelů, protože se jedná o speciální zařízení s omezeným okruhem použití. Nízkootáčkové centrifugy naopak dodává řada dodavatelů, protože jsou široce využitelné v různých oblastech. Pokud tedy jsou smíchány do jedné části VZ centrifugy rychloběžné a nízkootáčkové, jsou zvýhodněni uchazeči, kteří mají v nabídce rychloběžné centrifugy a tím jsou ze soutěže prakticky vyloučeni uchazeči, kteří prodávají pouze nízkootáčkové centrifugy.

V daném případě je situace o to horší, že rychloběžná centrifuga, která splní požadavky zadání pro část 3 je pouze jedna – model Lynx 4000 (Thermo – Sorval), kterou může nabídnout pouze jediný uchazeč resp. uchazeči s ním spojení, protože dovozce tohoto modelu do ČR je jen jeden. Je tedy celá část 3 požadavkem na dodání této jedné rychloběžné centrifugy zablokována ve prospěch jednoho uchazeče (resp. uchazeče s ním spojeného) a nebude tedy moci dojít ke konkurenčnímu tlaku na cenu celé části 3 této VZ.

Aby tedy nedocházelo k výše popsané diskriminaci uchazečů nabízejících pouze nízkootáčkové centrifugy, měla by být zmíněná rychloběžná centrifuga vyčleněna jako samostatná část VZ a nebo převedena do části 2 ke druhé rychloběžné centrifuze. Obě tyto rychloběžné centrifugy jsou si parametrově blízké a logicky patří do jedné části VZ.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Cílem zákona o zadávání VZ je umožnění účasti co nejširšího počtu uchazečů. Naše připomínka nežádá změnu parametrů v zadání či jejich „změkčení“, ale pouze administrativní úkon – přesun jedné položky z jedné části VZ do jiné. Byly by pak tři logické celky – 1 ultracentrifuga, 2 rychloběžné centrifugy, 14 nízkootáčkových centrifug. V případě že by byl problém mít obě rychloběžné centrifugy v jedné části, je možné mít každou v samostatné části a tedy VZ by měla 4 části, což je samozřejmě dle zákona o zadávání VZ možné. Tím se umožní účast většího počtu zájemců o část 3 této VZ. Je možné provést tuto úpravu zadání s cílem zvýšit počet uchazečů?

Děkujeme za odpověď.

Odpověď zadavatele č.1:

Zadavatel trvá na rozdělení veřejné zakázky na 3 části. Zadavatel před vyhlášením zakázky provedl průzkum trhu, který v uplynulých dnech zopakoval. Bylo opětovně ověřeno, že potenciálních dodavatelů existuje více. Zakázku je navíc možno plnit i několika dodavateli společně, popřípadě prostřednictvím subdodavatele. Zadavatel se tedy domnívá, že nepostupuje diskriminačně a žádným způsobem neomezuje počet dodavatelů.

Dále Zadavatel na základě § 49 odst. 4 zákona bez předchozí žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vydává tyto dodatečné informace:

Zadavatel upřesňuje znění Přílohy č. 1 zadávací dokumentace Návrh smlouvy Příloha 1 Technická specifikace dodávky, část Minimální požadované technické parametry následujícím způsobem. Dodávky, které jsou předmětem těchto smluv, splňují následující minimální technické požadavky:

Část 1 - Ultracentrifugy

a. Sálková preparativní ultracentrifuga – 1 kus

Příslušenství 3 ks rotorů:

- úhlový rotor min 90.000 rpm, min. 6 x 10 ml;
- úhlový rotor min 45.000 rpm, min 6 x 100 ml;
- výkyvný rotor min 6 x 5 ml, min. 50.000 rpm.

Stojánky pro kyvety pro uvedené rotory.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



b. Sálková vysokokapacitní ultracentrifuga (Vysokootáčková centrifuga) – 1 kus

Příslušenství 3 ks rotorů:

- úhlový rotor s kapacitou min. 8 x 50 ml na kónické zkumavky falcon, 12.000 rpm;
- úhlový rotor min. 6 x 50 ml, 26.000 rpm;
- úhlový rotor 4 x 1000 ml, min. 7.000 rpm.

Další podmínky:

- možnost o rozšíření na výkyvný rotor min 6x15 ml, min 24.000 rpm, min 110 000 g.
- Zadavatel požaduje zkumavky falcon, neboť se jedná o nejběžnější typ zkumavky používaný v molekulární biologii, biochemii, imunologii atd.

Část 2 - Sálková vysokokapacitní centrifuga

Sálková vysokokapacitní centrifuga – 1 kus

Příslušenství 2 ks rotorů:

- úhlový rotor s kapacitou min. 8 x 50 ml na kónické zkumavky falcon, min 12.000 rpm;
- výkyvný rotor max. 4x750 ml s adaptéry na různé velikosti zkumavek (15, 50, 250, 500 ml) a destičky, min. 4000 rpm.

Další podmínky:

- Zadavatel požaduje zkumavky falcon, neboť se jedná o nejběžnější typ zkumavky používaný v molekulární biologii, biochemii, imunologii atd.

Část 3 - Sálkové a stolní centrifugy

a. Centrifuga sálková (Vysokootáčková centrifuga chlazená, velkokapacitní sálkové provedení) – 1 kus

Příslušenství 3 ks rotorů:

- výkyvný (min 4.500 ot./min) s kapacitou 4x750ml;
- úhlový 6x250ml s adaptéry na zkumavky falcon 15, 50 ml;
- úhlový s kapacitou 48x1,5ml (min 20.000 ot./min)



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



b. Centrifuga stolní chlazená (Laboratorní stolní chlazená centrifuga pro zkumavky větších objemů) – 4 kusy

Příslušenství 3 ks rotorů:

- výkyvný rotor (min 5000 ot./min) pro 50 – 85 ml zkumavky nebo typu falcon, kapacita minimálně 8 ks zkumavek najednou, včetně závěsů a redukci pro zkumavky 15 ml i typu falcon;
- úhlový 6 místný rotor pro zkumavky 85-100ml + adapter včetně redukci na objem zkumavek (typ falcon) 15, 30, 50ml;
- úhlový rotor na zkumavky 1,5 – 2,0 ml.

Výměnné rotory s automatickou identifikací, automatický přepočet otáček na odstředivou sílu.

c. Centrifuga stolní chlazená univerzální – 3 kusy

Příslušenství 2 ks rotorů:

- autoklávovatelný rotor pro min. 24 ks zkumavek typu eppendorf objem 1,5/2 ml s autoklávovatelnými víčky;
- úhlový rotor na zkumavky 15ml + adapter na zkumavky falcon 15ml;

Výměnné rotory s automatickou identifikací.

e. Centrifuga (univerzální nechlazená) – 3 kusy

Výměnné rotory – min. 4 typy na:

- 100ml zkumavky
- 50ml zkumavky typ falcon
- 15ml zkumavky typ falcon
- 5 ml zkumavky


f. Centrifuga (Laboratorní stolní mikrocentrifuga s chlazením) – 2 kusy

Autoklávovatelný úhlový rotor pro min. 24 ks zkumavek typu eppendorf (1,5/2 ml) s autoklávovatelnými víčky, adaptéry pro zkumavky 0,5 a 0,2 ml.


g. Centrifuga (Laboratorní stolní chlazená centrifuga pro větší objemy) – 1 kus

Příslušenství 3 ks rotorů:

- výkyvný rotor (min 3.000 g) pro zkumavky 50 ml typ falcon, s kapacitou alespoň 8x50 ml, včetně závěsů a redukci pro zkumavky 15 ml typu falcon a zkumavky (17 x 120 mm) s kapacitou alespoň 32 ks zkumavek);
- úhlový rotor (min. 15.000 g) s adaptéry pro minimálně 6 kusů 50 ml/15 ml zkumavky falcon s adaptéry;
- výkyvný rotor pro mikrotitrační destičky.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Zadavatel upozorňuje, že Přílohy č. 1 Návrh smlouvy pro části 1, 2 a 3 v aktuálním znění jsou vloženy v příslušných záložkách elektronického nástroje dostupného na <https://zakazky.muni.cz> v sekci Dokumenty veřejné zakázky.

Dále Zadavatel na základě § 49 odst. 4 zákona bez předchozí žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám vydává tyto dodatečné informace:

Zadavatel v souladu s § 40 odst. 3 zákona prodlužuje lhůtu pro podání nabídek uvedenou v bodě 14 Zadávací dokumentace a v bodě IV.3.4) Lhůta pro doručení nabídek nebo žádostí o účast, Oznámení o zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek takto:

„Nabídku je nutné podat nejpozději do 5. 8. 2013, přičemž pro část 1 do 9:00 hod., pro část 2 do 10:00 hod., a pro část 3 do 11:00 hod.“

Změnou lhůty pro podání nabídek se mění bod IV.3.8) Podmínky pro otevírání nabídek, Oznámení o zakázce uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek takto:

05.08. 2013, přičemž pro část 1 do 9:01 hod., pro část 2 do 10:01 hod., a pro část 3 do 11:01 hod.“

Zadavatel doplňuje, že opravené oznámení o zahájení zadávacího řízení (příloha č. 5 Zadávací dokumentace) bude v souladu s § 147 zákona uveřejněno ve Věstníku veřejných zakázek do 5 dnů ode dne uveřejnění této dodatečné informace.

V Brně 17. června 2013

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU

pro účely elektronického podpisu Mgr. Pavel Vicherek