

DODATEČNÉ INFORMACE K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 8 ZE DNE 20.6.2013

ZADAVATEL: Masarykova univerzita
Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed
Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN
IČ: 00216224

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:
ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ
1.05/2.1.00/01.0001

Část 1 - Laboratorní sušárna 3x

Výše uvedený zadavatel Vám v souladu s ustanovením § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle zákona.

Znění žádosti o dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Mám dotaz, zda by za splnění podmínky "stolní sušárna" mohla být hmotnost sušárny vyšší, než je v technických podmínkách požadováno - do 130 kg.

Uvádím, že na parametry sušení hmotnost přístroje nemá vliv.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1:

Zadavatel v souladu s technickou specifikací trvá na minimálním technickém parametru – stolní provedení (váha nižší než 75 kg).

S pozdravem

Vendula Nečasová
GORDION, s.r.o.
Drozdovice 4, 796 01 Prostějov
Tel.: +420 582 335 705, Fax: +420 582 335 705
e-mail: necasova@gordion.cz
www.gordion.cz