

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 3. 7. 2013

Věc: Dodatečné informace č. 2 k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Inkubátory projektu CEITEC III. - část 3“

Masarykova univerzita, pracoviště Centrální řídicí struktury projektu CEITEC, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jakožto veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) **části 3.** veřejné zakázky s názvem „**Inkubátory projektu CEITEC III.**“ (dále jen zakázka) obdržel žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám, v souladu s § 49 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon). Zadavatel k uvedené žádosti (dotazům) poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 Zákona níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 1

v zadávací dokumentaci zadavatel požaduje větší rozměry přístroje:

rozměry: hloubka = max. 50 cm

rozměry: šířka: max. 60 cm

K dispozici mám přístroj o větších rozměrech:

rozměry: hloubka = max. 76,2 cm

Tedy je překročen parametr maximální hloubka. Je to pro účely zadavatele akceptovatelné?

Odpověď zadavatele

Zadavatel, stejně jako v předchozích dodatečných informacích z 1.7.2013, musí trvat na maximálních prostorových limitech uvedených v zadávacích podmínkách, neboť má velmi omezené prostorové možnosti pro umístění přístroje.

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Masarykova univerzita