

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 23. 7. 2013

Věc: Dodatečné informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Hmotnostní spektrometry projektu CEITEC III. – část 1.“

Masarykova univerzita, pracoviště Centrální řídicí struktury projektu CEITEC, se sídlem Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ 00216224, jakožto veřejný zadavatel (dále jen „zadavatel“) shora uvedené zakázky obdržel dne 22. 7. 2013 žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám části 1 předmětné veřejné zakázky. Zadavatel k uvedené žádosti (dotazům) poskytuje v souladu s ustanovením § 49 odst. 2 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen Zákon), níže uvedené dodatečné informace.

Dotaz č. 1

V zadávací dokumentaci v Kapitole XII. HODNOTÍCÍ KRITERIA A ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK, část 4) Způsob hodnocení nabídek podle kritéria Technické řešení, je v tabulce uvedeno jako sub kritérium č. 1 "Kit pro měření v zasolených roztocích". Tento požadavek je v dané obecné formulaci velice nekonkrétní a nabízí tak možnost dodání jak velice jednoduchých, tak vysoce sofistikovaných řešení lišících se cenou a především technickým přínosem a možnostmi analýzy pro zadavatele. Tato rozdílná řešení a jejich možnosti bývají běžně právě technickým hodnocením od sebe rozlišovány. Prosíme proto o vyjádření, jaké zařízení je v tomto případě zadavatelem požadováno.*

**) Sofistikované řešení (používané několika výrobci ICP/MS systémů) pracuje na principu přesného ředění aerosolu po výstupu z mlžné komory a vstupu do plazmatu pomocí přídatného proudu ředícího plynu řízeného samostatným regulátorem a přímo integrováno do ICP/MS software.*

Odpověď zadavatele

Za Kit pro měření v zasolených roztocích zadavatel považuje řešení, které v zásadě odpovídá tazatelem popsanému „sofistikovanému řešení“. Mělo by se tedy jednat o systém na bázi přesného ředění aerosolu.

Dotaz č. 2

Dále prosíme o informaci, zda pro hodnocení a prokázání funkčnosti a robustnosti tohoto řešení požadujete doložení oficiálních specifikací výrobce společně s oficiálními daty/aplikacemi výrobce prokazující dlouhodobou stabilitu, přesnost a robustnost nabízeného řešení.

Odpověď zadavatele

Zadavatel v tomto směru odkazuje zcela na čl. IX odst. 3 zadávací dokumentace, ve kterém je otázka prokázání splnění nabízených parametrů podrobně řešena:

„Uchazeči v nabídce jako přílohu č. 1 návrhu smlouvy předloží vyplněnou tabulku o splnění technických a funkčních požadavků (viz přílohu č. 1 zadávací dokumentace) a dále podrobnou technickou dokumentaci nabízeného plnění s popisem předmětu plnění, jeho funkcionalitami. Z dokumentace musí být nadevše zřejmé a hodnověrně prokázané splnění všech požadavků zadavatele na předmět zakázky a jiných požadavků

stanovených v této zadávací dokumentaci, zejména předložením technických listů či výkresů výrobce, protokolů z referenčních měření, článků z odborné literatury atp.“

S pozdravem,

Mgr. Petr Jelínek
Centrální řídicí struktura projektu CEITEC
Masarykova univerzita