


EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



## Dodatečné informace č. 5

nadlimitní veřejná zakázka

### „Přístrojové vybavení 9. část – Centrifugy“

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

#### Žádost uchazeče č. 9:

Dobrý den,

rádi bychom Vás tímto požádali o přezkoumání Vaší odpovědi č. 7 v dodatečné informaci č. 4 ze dne 17.7.2013: „Zadavatel trvá na technických podmínkách, které stanovil, tj. maximálních rozměrů (v x š x h) : 1140x755x840 mm“. Jedná se o položku a. centrifuga sálová u této části 3 - Sálové a stolní centrifugy. Vaše zamítavé stanovisko nebylo nijak odůvodněno.

Je prosím třeba vzít v úvahu, že neexistuje žádné racionální vysvětlení proč na tomto požadavku trvat a tvrdit, že můžete provozovat pouze centrifugu s hloubkou (tj. se vzdáleností přední a zadní stěny) do 84 cm a že centrifugu s hloubkou 86 cm používat nemůžete. Tento rozdíl 2 cm je zanedbatelný s ohledem na skutečnost, že centrifuga se stejně nemůže přirazit zadní stěnou ke zdi, musí být vůle cca 20 cm, aby byl umožněn odvod tepla od chladičícího agregátu. Jestli se centrifuga přirazí o 2 cm méně nebo více je úplně jedno.

Důsledkem vašeho zamítnutí je znemožnění účasti v soutěži konkurenčním výrobkům, a tudíž jediným výrobkem, který splní zadání této položky a., je centrifuga Thermo-Sorval Lynx 4000. Tato vysokootáčková centrifuga je součástí části č. 3 kde je i 14 ks jiných nízkootáčkových centrifug, které nebude moci nabídnout nikdo, kdo nemá Lynx 4000 ve své nabídce.


Vzhledem k výše uvedeným okolnostem opakujeme následující dotaz: Je možné nabízet u položky a. centrifuga sálová zařízení, které má větší hloubku o rozměru 860 mm?

Děkujeme za odpovědi.


#### Odpověď zadavatele č.9:

Zadavatel opakovaně upozorňuje na to, co již uvedl v dodatečné informaci č. 3 ze dne 27. června 2013: „že je povinen přijmout nabídky nejenom od českých dodavatelů (viz např. § 51 odst. 7 zákona), ale i zahraničních čili připomínka o jediném výhradním dovozci v České republice je pro zadávání veřejných zakázek zcela irelevantní.

Pokud není dodavatel schopen prokázat splnění určité části kvalifikace požadované podle § 50 odst. 1 písm. b) a d) zákona v plném rozsahu, je oprávněn splnění kvalifikace v chybějícím rozsahu prokázat prostřednictvím



EVROPSKÁ UNIE  
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ  
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



subdodavatele podle § 51 odst. 4 zákona, příp. je oprávněn pomoci subdodavatele zajistit plnění části veřejné zakázky, jak připouští § 44 odst. 6 Zákona.

Dále zadavatel upozorňuje, že nemůže akceptovat preference jednoho z dodavatelů, jinak by diskriminoval dodavatele jiné, a tím porušil § 6 zákona, především zásady rovného zacházení a zákazu diskriminace. Dokonce by tím mohlo dojít ke spáchání trestné činnosti, např. porušení předpisů o pravidlech hospodářské soutěže (§ 248 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.“

Zadavatel opakuje, co již uvedl v dodatečné informaci č. 4 ze dne 17. 7. 2013: „Zadavatel trvá na technických podmínkách, které stanovil, tj. maximálních rozměrech (v x š x h) : 1140x755x840 mm.“

Nakonec zadavatel upozorňuje na bod 2 Zadávací dokumentace, podle kterého: „Pokud se v zadávacích podmínkách, zejména v Technické specifikaci dodávky vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, uchazeč je oprávněn navrhnout i jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení.“

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce. Zadavatel trvá na znění zadávacích podmínek, a tím pádem nepostupuje podle § 40, odst. 3 zákona.

V Brně 25. července 2013

.....  
doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU

pro účely elektronického podpisu Mgr. Pavel Vicherek