

DORUČENO ELEKTRONICKY!

V Brně dne 2. 9. 2013

Věc: Dodatečná informace k zadávacím podmínkám veřejné zakázky s názvem „Dodávka drobného laboratorního vybavení pro CEITEC MU II.“

Zadavatel shora uvedené zakázky obdržel dne 28. 8. 2013 níže uvedenou žádost o dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Zadavatel k dotazu uvádí následující:

Dotaz

„Vážený pane magistře,

Tímto žádáme o poskytnutí dodatečné informace k části 27 –Termoblok/Třepačka:

Váš technický požadavek je rozsah třepání min. 250 -1400 rpm. Bylo by možné nabídnout přístroj, který splňuje vaše požadavky, ale má rozsah třepání v rozmezí 300-1500 rpm ???

Tímto děkuji za odpověď“

Odpověď zadavatele

Zadavatel po zvážení účelů pořizování výše uvedeného vybavení, jeho plánovanému využití apod. rozhodnul o akceptaci požadavku dodavatele týkajícího se dodání položky č. 27 Termobloku/třepačky s frekvencí třepání min. 300-1500 rpm. Zadavatel přikládá rovněž pozměněnou Přílohu č. 1 – Technické podmínky.

Vzhledem k tomu, že došlo ke změně zadávacích podmínek, která by mohla mít vliv na rozšíření okruhu dodavatelů, prodlužuje zadavatel následujícím způsobem lhůtu pro podání nabídek:

- Konec lhůty pro podání nabídek je zadavatelem nově stanoven **do 23. 9. 2013, do 13:00 hodin.**
- Otevírání obálek s nabídkami proběhne **dne 23. 9. 2013 od 13:00 hod** středoevropského času v zasedací místnosti zadavatele na adrese CEITEC MU, Šumavská 15, 602 00 Brno.

S pozdravem

Mgr. Jan Sedláček
Manažer veřejných zakázek CEITEC MU

Přílohy:

- Příloha č. 1 – Technické podmínky