

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

ZADAVATEL: Masarykova univerzita
Sídlem: Žerotínovo náměstí 617/9, 601 77 Brno-střed
Jednající: Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN
IČ: 00216224

VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ V. NA PŘÍSTROJOVÉ VYBAVENÍ PRO PROJEKT CETOCOEN, REG. Č. CZ 1.05/2.1.00/01.0001

24.část – PCR box pro DNA a RNA dekontaminaci pracovního prostředí

Zadavatel na základě ustanovení § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), k výše uvedené veřejné zakázce zadávané dle ZVZ, vyhotovil tuto písemnou zprávu.

1. Předmět veřejné zakázky, sjednaná cena ve smlouvě a zvolené zadávací řízení	
Předmět veřejné zakázky:	
Předmětem VZ bude dodávka PCR boxu, který bude využíván k ekotoxikologické laboratoři pro DNA a RNA dekontaminaci pracovního prostředí. Jsou požadovány minimálně 2 UV lampy a 1 bílá lampa.	
Cena sjednaná ve smlouvě:	
81.000,-	
Zvolené zadávací řízení:	
Otevřené řízení	

2. Identifikační údaje vybraného uchazeče, popř. uchazečů, je-li smlouva uzavírána s více osobami na straně uchazeče	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Korespondenční adresa: Karásek 1767/1, 621 00 Brno – Řečkovice Tůmova 2265/60, 616 00 Brno
Právní forma:	a.s.
IČ:	634 71 507

3. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:
Na základě výsledku hodnocení členů hodnotící komise byla jako ekonomicky nejvhodnější vybrána nabídka uchazeče č. 2. Uchazečem dokladovaná výše nabídkové ceny je nejnižší. Nabídky ostatních uchazečů jsou hodnotící komisí hodnoceny jako ekonomicky méně výhodné. Údaje, které jsou předmětem hodnocení, nedosahují hodnot srovnatelných jako ekonomicky nejvýhodnější nabídka.

4. Část veřejné zakázky, která má být plněna prostřednictvím subdodavatele

Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Bez subdodavatele
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
IČ:	---
Část veřejné zakázky, kterou hodlá vybraný uchazeč těmto osobám zadat:	---

5. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídková cena	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	Eppendorf Czech & Slovakia s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Kolovratská 1476/24, 251 01 Říčany
IČ:	279 39 031
Nabídková cena:	83.970,-
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	BoiVendor – Laboratorní medicína a.s.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Korespondenční adresa: Karásek 1767/1, 621 00 Brno – Řečkovice Tůmova 2265/60, 616 00 Brno
IČ:	634 71 507
Nabídková cena:	81.000,-
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Vodičkova 791/41, 110 00 Praha
IČ:	481 08 731
Nabídková cena:	77.430,-

6. Identifikační údaje uchazečů, jež byli vyloučeni z účasti v zadávacím řízení a odůvodnění jejich vyloučení	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	DYNEX TECHNOLOGIES, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	Vodičkova 791/41, 110 00 Praha
IČ:	481 08 731
Odůvodnění vyloučení:	Dodavatel nesplnil minimální technické parametry požadované zadavatelem v technické specifikaci a to v tomto bodě: Minimálně jedna elektrická zásuvka (230V, 50/60 Hz) uvnitř pracovního prostoru boxu. Dodavatel u tohoto bodu technické specifikace uvedl NE, čímž nesplnil požadavek zadavatele a z tohoto důvodu je nabídka dodavatele hodnotící komisí

	vyřazena z výběrového řízení.
--	-------------------------------

7. Odůvodnění vyloučení uchazeče, jehož nabídka obsahovala mimořádně nízkou nabídkovou cenu dle § 77 ZVZ, pokud došlo k takovému vyloučení	
Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a příjmení:	---
Sídlo / místo podnikání / místo trvalého pobytu (příp. doručovací adresa):	---
IČ:	---
Odůvodnění vyloučení:	---

V Brně dne 7.10.2013



Mgr. Radovan Kareš
Technicko-provozní ředitel
CETOCOEN CZ.1.05/2.1.00/01.0001

.....
Mgr. Radovan Kareš, technicko-provozní ředitel projektu CETOCOEN