

Dodatečné informace 1

nadlimitní veřejná zakázka

Přístrojové vybavení 10. část - CYKLERY, FOTOMETRY, ELEKTROPORÁTORY

Část 1 – Cyklery gradientové, Cykler real-time PCR

reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Žádost uchazeče:

V zadávací dokumentaci je v požadavcích na real-time PCR systém následující parametr:

Možnost práce v 96- a 384- jamkové destičce na stejném přístroji nebo na kombinaci dvou separátních přístrojů (jako standard pro budoucí připojení robotů na přenášení kapalin)

Dotaz:

Je požadováno dodání přístroje pro oba formáty, tedy 96- i 384- jamkové destičky, nebo se jedná jen o možné rozšíření?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel uvádí v technické specifikaci zadávací dokumentaci požadavek pro dodávku Cykleru real-time PCR: možnost práce v 96- a 384- jamkové destičce na stejném přístroji nebo na kombinaci dvou separátních přístrojů.

Zadavatel tedy požaduje oba formáty, 96- i 384- jamkové destičky. Řešení, zda bude dané splňovat jeden přístroj, který bude umět obě možnosti, nebo dva přístroje, jeden na možnost práce v 96- jamkové destičce a druhý na možnost práce v 384- jamkové destičce, je na volbě uchazeče.

V Brně 7. října 2013

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí odboru veřejných zakázek