

Dodatečné informace 1

nadlimitní veřejná zakázka

Přístrojové vybavení 10. část - CYKLERY, FOTOMETRY, ELEKTROPORÁTORY

Část 6 – FPLC purifikátor

reg. č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Žádost uchazeče:

Jaká je požadovaná kapacita sběrače frakcí?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel upřesňuje technickou specifikace pro FPLC purifikátor:

Minimální požadovaná technická specifikace pro kapacitu sběrače frakcí je 95 frakcí s objemem frakce 1-15 ml.

V příloze č. 1 smlouvy byl uveden následující parametr pro sběrač frakcí:

- počet frakcí až 95
- stojánek na vnitřní průměr zkumavek 18 mm.

Tento parametr se upravuje na následující znění:

- počet frakcí min. 95
- stojánek na vnitřní průměr zkumavek 18 mm.

Upravenou Přílohu č. 1 smlouvy – Technickou specifikaci dodávky (která byla součástí Přílohy č. 1 zadávací dokumentace – návrhu smlouvy) přikládáme jako přílohu této dodatečné informace č. 1 k danému zadávacímu řízení.

Uchazeči jsou povinni přiložit do nabídky aktuální Přílohu č. 1 smlouvy - Technickou specifikaci dodávky dle znění v příloze této dodatečné informace č. 1.

Přestože nedochází k rozšíření předmětu veřejné zakázky, pouze k upřesnění jednoho z technických parametrů, zadavatel se rozhodl v souladu s ustanovením § 40 odst. 3 zákona přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek. **Lhůtu pro podání nabídek zadavatel prodloužil do 5. 11. 2013, do 13:00 hodin. V souvislosti s touto skutečností zadavatel také rozhodl o posunutí termínu otevírání obálek, a to na 5. 11. 2013 od 13:00 hodin (tj. ihned po uplynutí lhůty pro podání nabídek).** Místo otevírání obálek zůstává beze změny.

Přílohy:

6. část – příloha č. 1 smlouvy – technická specifikace_úprava dle DI 1

V Brně 15. října 2013

Mgr. Martin Hadaš, LL.M.
vedoucí Odboru veřejných zakázek

Nadlimitní veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení 10. část - CYKLERY, FOTOMETRY, ELEKTROPORÁTORY “

Část 6 – FPLC purifikátor

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám č. 1