
Příloha C

zadávací dokumentace pro veřejnou zakázku malého rozsahu

Zdravotnické přístroje pro Stomatologickou kliniku LF MU

TECHNICKÉ PODMÍNKY
(technická specifikace)

Položka č.1 Polymerační lampa – 1ks

- LED polymerační lampa na baterie
- s možností postupného navyšování intenzity světla – min. 3 stupně intenzity světla
- světlená intenzita v rozsahu 800- 1200 mW/cm²
- min. výdrž baterie – min. 60 minut
- doba nabíjení baterie – max. 2 hodiny

Položka č.2 Univerzální míchací přístroj pro amalgámové prášky a kapsle – 1ks

- dávkovací a míchací přístroj pro amalgámové prášky i kapsle
- tichý chod – max. do 5 dB
- nastavitelné dávkování prášku a rtuti – min. 6 různých dávek (2.dávka = 2x1dávka)
- volitelný míchací čas: max. 1 minuta
- otáčky: 3200 ot./min.
- hmotnost: max. 7 kg
- příslušenství k míchacímu přístroji: 2 kapsle, míchací vidlička, čistící kartáček a trychtýře.

Položka č.3 Mikromotor technický – 12ks

- lehký – max.110g
- mikromotor typ ISO E pro laboratorní i ordinační násadec
- speciální prachu- ochranný mechanismus – proti vsátí nečistot při provozu do mikromotoru
- rozsah otáček 3 000 – 35 000 ot/min
- integrováná ochrana obvodů
- pohyb rotační osy s přesností na 0,02 mm
- kompatibilní s položkou č.4

Položka č.4 Kolénkový násadec – 10 ks

- převodový poměr 1:1
- integrována keramická ložiska
- tlačítkové upínání
- upínání pro vrtáčky 2,35mm
- hlavička 10,1 mm

Položka č.5 Sada pro amalgámové výplně – 12sad

Složení:

PODAVAČ	1 ks
CPÁTKO KOMBINOVANÉ vel1.	1 ks
CPÁTKO KOMBINOVANÉ.vel2.	1 ks
HLADÍTKO 3x LOMENNÉ	2 ks
HLADÍTKO PRUŽNÉ	2 ks
LE CRON	1 ks
NŮŽ MODEL.MALÝ	1 ks
KLEŠTĚ LABORATORNÍ TV č 1	1 ks