

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem
Přírodovědecké fakulty MU

Název veřejné zakázky: „Přístrojové vybavení 11. část - Výrobníky ledu, mrazáky, úprava vody,
autoklávy, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149“ - část 3: autoklávy

Název projektu: Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie

Reg. č. projektu: CZ1.05/4.1.00/04.0149

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Dodatečné informace č. 1

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 14. 10. 2013 u zadavatele následující požadavek na poskytnutí
dodatečných informací týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz dodavatele:

*"Dobrý den,
rádi bychom se tímto zeptali na následující dodatečnou informaci u této VZ a položky č.2/ Autokláv - 4 ks :
Můžeme Vám nabídnout zařízení, které vyhoví vašim požadavkům, ale bude bez promíchávání prostoru media?
Děkujeme za odpovědi."*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel u specifikace autoklávu neuváděl požadavek na promíchávání media, ale pouze požadavek
na zrychlené chlazení. Patrně tedy došlo k mylnému pochopení a výkladu uvedeného požadavku na
míchání. Promíchávání prostoru média je zajišťováno požadovaným systémem (kompresorem) pro
rychlé zchlazení a zkrácení sterilizačního cyklu. Nejedná se tedy o samostatný systém určený k
promíchávání jako takovému – tedy míchání roztoků v době sterilizace.

Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU