

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem
Přírodovědecké fakulty MU

Název veřejné zakázky: „Přístrojové vybavení 11. část - Výrobníky ledu, mrazáky, úprava vody,
autoklávy, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149“ - část 3: autoklávy

Název projektu: Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie

Reg. č. projektu: CZ1.05/4.1.00/04.0149

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Dodatečné informace č. 4

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 22. 10. 2013 u zadavatele následující požadavek na poskytnutí
dodatečných informací týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz dodavatele:

*"Dobrý den,
rádi bychom Vás tímto požádali o poskytnutí dodatečných informací v rámci VZ části 3- Autoklávy:*

*V zadávací dokumentaci máte u položky č.2/ Autoklávy -4 ks uvedeno:
Samostatný filtr nebo úpravna přiváděné vodovodní vody.*

Prosíme o upřesnění, o jakou úpravu přiváděné vodovodní vody máte zájem?

1. Znamená to, že součástí příslušenství všech 4 autoklávů má být úprava vodovodní vody (změkčení), která bude použita jako zdroj vody pro požadované vodní chlazení, chlazení kondenzátu a vakuové pumpy, tak, aby její tvrdost vyhověla požadovaným parametrům nabízeného zařízení? Pokud ano, budete chtít tuto úpravu ke každému autoklávu zvlášť?

2. A nebo to znamená, že součástí příslušenství všech 4 autoklávů má být úprava přiváděné vodovodní vody na demineralizovanou vodu, která bude zdrojem vody pro přípravu páry v autoklávu? Pokud ano, budete chtít tuto úpravu ke každému autoklávu zvlášť?

3. Prosíme o upřesnění rozmístění těchto 4 ks autoklávů- jedna místnost, jedno patro, jedna budova? Co nejpodrobnější popis umístění přístrojů potřebujeme z důvodu cenové kalkulace tohoto příslušenství- změkčovače a úpravny vody.

Děkujeme za odpovědi."

Odpověď zadavatele:

- 1) Zadavatel požaduje filtr ke každému autoklávu.
- 2) Úpravu vody – ať už její změkčování či úpravu na demi vodu – zadavatel nepožaduje.
- 3) Přístroje budou umístěny v jedné budově (A25, místnosti 2S23, 1NP 124, 2 NP232 , 3NP 333), nicméně jejich přesné umístění nepovažuje zadavatel za relevantní vzhledem k nacenění.

Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty
MU