

Dodatečné informace č. 1

veřejná zakázka

„Přístroje pro projekt CETOCOEN – A“

1.Část

„Přístroje pro projekt CETOCOEN – A – 1. část - Termální desorpce pro GC (SBSE)“

Zadavatel obdržel dne 23. říjen 2013 v 13:20:29 následující požadavek na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 1 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Příloha 1: Technická specifikace dodávky

2. Dodávka, která je předmětem této smlouvy, splňuje následující minimální technické požadavky:

Minimální požadované technické parametry

Technické parametry nabízené dodavatelem

Kompatibilita řešení s plynovými chromatografy Agilent řad 6890 a 7890 (Dodavatel uvede ANO/ NE)

Pro jaký systém je zařízení plánováno? Zařízení může být kompatibilní s 6890 nebo 7890, kompatibilita současně pro oba typy není současně podporována.

Žádáme o doplnění technické specifikace.“

Odpověď zadavatele:

Zařízení požadujeme minimálně kompatibilní s 6890.

Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností zadavatel jako součást této dodatečné informace uveřejňuje upravené znění přílohy č. 1 zadávací dokumentace (návrh smlouvy a jeho příloha č. 1 - technická specifikace). Uchazeči jsou povinni pro zpracování nabídky použít tuto upravenou aktuální přílohu.

S ohledem na výše uvedené a v souladu s ust. § 40 odst. 3 zákona zadavatel:

- **prodlužuje lhůtu pro podání nabídek k této části veřejné zakázky z původní lhůty stanovené do 5. listopadu 2013 do 09:00 hod. na nově stanovený termín – do 18. listopadu 2013 do 9:00 hod.**
- **s ohledem na změnu lhůty pro podání nabídek mění termín pro otevírání obálek této části veřejné zakázky z původního termínu (5. listopadu 2013 od 09:00 hod) na nový termín – 18. listopadu 2013 od 9:00 hod.**

V Brně dne 30. října 2013

.....
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty MU