

Dodatečné informace č. 2

veřejná zakázka

„Přístroje pro projekt CETOCOEN – A“

1.Část

„Přístroje pro projekt CETOCOEN – A – 1. část - Termální desorpce pro GC (SBSE)“

Zadavatel obdržel dne 31. říjen 2013 v 07:27:11 následující požadavek na dodatečné informace dle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), k zadávacím podmínkám:

Požadavek č. 2 na dodatečné informace k zadávacím podmínkám:

„Předmět Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Dobrý den, procházel jsem znovu Technickou specifikaci výběrového řízení na Přístroje pro projekt CETOCOEN – A – 1. část - Termální

desorpce pro GC (SBSE) a mám dotaz ohledně potřebného příslušenství pro dané zařízení. V zadání se požaduje inlet chlazení kapalným dusíkem, ale není tam ani zmínka o tom, v jaké podobě bude kapalný dusík na pracovišti zajištěn. Je požadován tank na kapalný dusík? Případně jaké má splňovat parametry? Toto není vůbec specifikováno, normálně se o spotřební plyny a kapaliny stará z těchto důvodů a rovněž z důvodu bezpečnostních kupující strana. I cena toho tanku není zanedbatelná.

Kapalný dusík není jediná nespecifikovaná položka v zadávací dokumentaci. Také zařízení pro kondicionaci SBSE v proudu plynného He, teplota nad 300°C, kapacita až 50 ks jednotlivých SBSE míchadel vyžaduje Helium a opět není specifikováno v jaké podobě je k dispozici. Je potřeba redukční ventil nebo je na pracovišti k dispozici?

*Děkuji,
s pozdravem“*

Odpověď zadavatele:

Zadavatel v technických specifikacích uvedl:

- PTV inlet s kryofokusací a teplotní rampou min. 700°C/min, chlazení kapalným dusíkem, kompatibilní s danou jednotkou termální desorpce.
- Dodávka kompletního funkčního systému včetně nezbytného příslušenství pro plně automatizovaný chod přístroje.

Zadavatel očekává technické řešení, které bude v souladu s požadovanou specifikací.

Redukční ventil není požadován.

V Brně dne 1. listopadu 2013

.....
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty MU