

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem
Přírodovědecké fakulty MU

Název veřejné zakázky: „Přístrojové vybavení 11. část - Výrobníky ledu, mrazáky, úprava vody,
autoklávy, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149“ - část 3: Autoklávy

Název projektu: Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie

Reg. č. projektu: CZ1.05/4.1.00/04.0149

Druh veřejné zakázky: nadlimitní veřejná zakázka na dodávky

Druh zadávacího řízení: otevřené řízení

Dodatečné informace č. 5

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 31. 10. 2013 u zadavatele následující požadavek na poskytnutí
dodatečných informací týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz dodavatele:

*"Dobrý den,
děkujeme za zaslání dodatečné informace č.4 ze dne 29.10.2013, nicméně abychom předešli možným
nedorozuměním prosíme o jejich upřesnění a proto Vás tímto žádáme o poskytnutí dalších dodatečných
informací v rámci této VZ a části 3- Autoklávy:*

*Na základě Vašich odpovědí – dodatečné informace č. 4, se chceme raději ujistit, že (položka 2/ Autoklávy – 4
ks) vzhledem ke skutečnosti, že nechcete nabídnout ani změkčovač ani úpravnu demí vody pro tyto autoklávy,
počítá zadavatel či uživatel s tím, že tyto autoklávy pro svůj provoz potřebují upravenou vodovodní vodu, která
bude použita jako zdroj vody pro požadované vodní chlazení, chlazení kondenzátu a vakuové pumpy tak, aby její
tvrdost vyhověla požadovaným parametrům nabízeného zařízení (Tvrdost vody od 0,7 do 2,5 mmol/l = 3,9 až 14°
dH, voda čirá, čistá, bez sedimentu a tlaku 2-5 barů).*

*Dále se chceme ujistit, že požadovaným filtrem (viz dodatečné informace č.4) myslíte v technické specifikace
dodávky popsany - vestavěný biohazard 0,2 µm filtr pro ventilaci komory.*

Děkujeme za odpovědi."

Odpověď zadavatele:

- 1) Ano, zadavatel počítá s použitím upravené vody – počítá se s připojením autoklávu na demí vodu.

2) Ano, je tím myšlen vestavěný biohazard 0.2 μm filtr pro ventilaci komory.

Zadavatel vzhledem k vydání této dodatečné informace rozhodl o přiměřeném prodloužení lhůty pro podávání nabídek pro předmětnou část veřejné zakázky, tj. pro část 3 - Autoklávy a to do **13. 11. 2013 do 10:00** hodin, tak aby dodavatelé mohli na tuto dodatečnou informaci reagovat.

Vzhledem k prodloužení lhůty pro podání nabídek dále zadavatel přesouvá termín otevírání obálek pro předmětnou část veřejné zakázky, tj. pro část 1 - Výrobníky ledu, mrazáky na **13. 11. 2013 v 10:00** hodin, na místě dle zadávací dokumentace.

.....
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty
MU