

ROZHODNUTÍ O VYLOUČENÍ

Zadavatel: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, IČ: 00216224
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké
fakulty

Název veřejné zakázky: Přístroje pro projekt CETOCOEN – B – 7. část - Laboratorní sušárna 3x

Název projektu: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí“ (RECETOX)

Reg. č. projektu: CZ 1.05/2.1.00/01.0001

Veřejný zadavatel na základě ustanovení § 76 odst. 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“)

v y l o u č u j e

uchazeče

Unimed Praha, s.r.o.

Ve Stromkách 41

252 42 Vestec

IČ: 14891344

z další účasti v zadávacím řízení k výše uvedené veřejné zakázce.

Odůvodnění:

Zadavatel stanovil v Příloze č.1 zadávací dokumentace v technické specifikaci dodávky u položky „Laboratorní sušárna“ mimo jiné následující požadavek:

„Velikost vnitřního prostoru min 55x45x65 cm (šířka, hloubka, výška)“

Uchazeč v rámci své nabídky u dané položky uvedl velikost vnitřního prostoru 58,5 x 43,4 x 70,7 cm, čímž nesplnil minimální požadavky zadavatele na technickou úroveň nabízeného řešení. Hodnotící komise dané hodnoty dále prověřila a jelikož uchazeč v rámci nabídky předložil i katalogové listy nabízeného produktu a zjistila, že i výše uvedené hodnoty v rámci nabídky nejsou správné, jelikož uchazeč vyplnil hodnoty vnějších rozměrů přístroje, nikoliv velikost vnitřního prostoru sušárny, tak jak zadavatel požadoval. Z katalogového listu daného produktu vyplývá, že vnitřní rozměry daného přístroje jsou 40 x 32 x 25 cm, což v žádném z rozměrů nesplňuje technické požadavky zadavatele na nabízené plnění

Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že uchazeč Unimed Praha, s.r.o. neprokázal splnění zadávacích podmínek zadavatele, jak byl zadavatelem vymezen v zadávacích podmínkách, a z daného důvodu komise tedy nabídku uvedeného uchazeče vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů veřejný zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje veřejný zadavatel uchazeče Unimed Praha, s.r.o. z účasti v zadávacím řízení.

Poučení:

Proti rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení lze podat námitky podle § 110 odst. 4 zákona, které musí být veřejnému zadavateli doručeny do 10 dnů ode dne doručení rozhodnutí o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

V souladu s ustanoveními 60 odst. 2 zákona a § 76 odst. 6 zákona si zadavatel vyhrazuje právo oznámit rozhodnutí o vyloučení uchazeče jeho uveřejněním na profilu zadavatele. V takovém případě se rozhodnutí o vyloučení uchazeče považuje za doručené okamžikem uveřejnění na profilu zadavatele.

V Brně dne 8. 11. 2013

.....
Doc. RNDr. Jaromír Leichtmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty MU