


EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, IČ: 00216224
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním
rejstříku zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem
Přírodovědecké fakulty

Název veřejné zakázky: Přístrojové vybavení 7. část – Mikroskopy

Část 1 – Přímé mikroskopy

Evidenční číslo zakázky: 349622

Název projektu: Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie

Reg. č. projektu: CZ.1.05/4.1.00/04.0149

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění 1. části veřejné zakázky je dodávka 60 kusů přímých mikroskopů v rozsahu a v souladu se zadávacími podmínkami. Součástí této části zakázky je také dodávka výše uvedeného přístroje na místo plnění, jeho následná instalace, uvedení do provozu a zaškolení obsluhy zadavatele.

Přímé světelné mikroskopy robustní a ergonomické konstrukce jsou vhodné k zajištění akreditované výuky (programy Ekologická a evoluční biologie, Experimentální biologie) umožňující moderní způsoby pozorování preparátů (buněčné struktury, buňky, tkáně, mikroorganismy, prvoci atd.) s velkým zvětšením (cvičení v cytologii, histologii, morfologii atd.).

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

5 148 250,- Kč bez DPH

3. Zvolený druh zadávacího řízení:

Otevřené řízení podle § 21 odst. 1 písm. a) zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění rozdělené na 6 částí v souladu s ustanovením § 98 zákona.

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu, Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 – Vokovice, IČ: 27068641.


5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Nabídka uchazeče Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu je nabídkou s nejnižší nabídkovou cenou dle ustanovení článku 8 zadávací dokumentace. Členové hodnotící komise doporučili zadavateli uzavřít smlouvu s tímto uchazečem, protože nabídka splnila všechny požadavky uvedené zadavatelem v zadávacích podmínkách a jedná se o nabídku s nejnižší nabídkovou cenou.

Zadavatel se se závěrem hodnotící komise ztotožnil a rozhodl o přidělení veřejné zakázky výše uvedenému uchazeči.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



6. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele: netýká se


7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Pořadové číslo nabídky	1 - elektronická
Obchodní firma / název / jméno a příjemní uchazeče	MIKRO, spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Lisky 1022/94, 624 00 Brno
IČ	41604326
Nabídková cena	4 790 000,- Kč bez DPH


Pořadové číslo nabídky	2 - listinná
Obchodní firma / název / jméno a příjemní uchazeče	BioVendor – Laboratorní medicína a.s.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Tůmova 2265/60, 616 00 Brno
IČ	63471507
Nabídková cena	3 960 000,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	3 - listinná
Obchodní firma / název / jméno a příjemní uchazeče	NIKON spol. s r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	K Radotínu 15, 156 00 Praha 5 - Zbraslav
IČ	61509426
Nabídková cena	5 879 558,85 Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	4 - listinná
Obchodní firma / název / jméno a příjemní uchazeče	Olympus Czech Group, s.r.o., člen koncernu



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



OP Výzkum a vývoj
pro inovace

Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Evropská 176/16, 160 41 Praha 6 - Vokovice
IČ	27068641
Nabídková cena	5 148 250,- Kč bez DPH

Pořadové číslo nabídky	5 - listinná
Obchodní firma / název / jméno a příjmení uchazeče	BIO-PORT Europe s.r.o.
Sídlo / místo podnikání / trvalý pobyt	Svinaře - Svinaře 98, okres Beroun, PSČ 267 28
IČ	24690937
Nabídková cena	5 277 296,- Kč bez DPH

8. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

MIKRO, spol. s r.o., se sídlem Lísky 1022/94, 624 00 Brno, IČ 41604326.

Hodnotící komise při posouzení nabídky uchazeče MIKRO, spol. s r.o. v rámci posouzení prokázání splnění kvalifikace dospěla k závěru, že uchazeč nesplnil níže uvedené požadavky:

Čestná prohlášení na str. 32 a 38 nejsou podepsána, nejedná se tedy o prohlášení dodavatele dle § 53 odst. 3 a § 50 odst. 1 písm. c) zákona.


Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise na základě § 60 odst. 1 zákona k jednomyslnému závěru, že uchazeč MIKRO, spol. s r.o. nesplnil kvalifikaci v požadovaném rozsahu.

Dle ustanovení § 60 odst. 2 zákona vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje zadavatel uchazeče MIKRO, spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení.


Hodnotící komise při posouzení nabídky uchazeče MIKRO, spol. s r.o. v rámci posouzení splnění požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci dospěla k závěru, že uchazeč nesplnil níže uvedené technické parametry požadované v technické specifikaci (technických podmínkách), která je součástí návrhu Smlouvy, která tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace.

Uchazeč byl dne 29. července 2013 požádán o vysvětlení nabídky, a zároveň pozván na druhé jednání hodnotící komise, které se uskutečnilo dne 2. srpna 2013 od 9:00 hodin. Hodnotící komise požadovala, aby uchazeč na druhém jednání demonstroval funkční mikroskop s technickými parametry, které byly předmětem jeho nabídky, neboť z jeho nabídky není zřejmé, zda nabízený mikroskop odpovídá požadavkům zadavatele uvedeným v zadávacích podmínkách. Uchazeč se na jednání komise dostavil, mikroskop demonstroval a vysvětlil jeho funkcionality. Mikroskop byl hodnotící komisi poskytnut do úterý 13. srpna 2013, aby mohla ověřit jeho funkčnost a technické parametry. Na základě jejich zjištění komise konstatuje, že:

a) Parametr Zaostřování vertikálním pohybem stolku, nastavitelná tuhost ostření. Nezávislé hrubé a jemné ostření, nastavitelný doraz pro hrubé ostření.



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



Nezávislé hrubé/jemné ostření mikroskop nemá. Točí se vždy oba knoflíky. Navíc knoflík jemného ostření je připevněn na 4 malé magnetky, při hrubém zacházení i občas proklouzne. Předvedený mikroskop neměl omezení hrubého ostření.

b) Parametr Mechanický X-Y křížový stolek s odolným povrchem, ergonomickým bezhřebenovým posuvem, držák pro dvě podložní sklička současně, stupnice pro odečet XY souřadnic, nastavitelná tuhost posuvu v X a Y ose (nezávisle).

Y osa je s hřebenovým mechanismem.

Předvedený mikroskop neměl držák více sklíček.

c) Parametr Tubus: ergonomický binokulární se sklonem 30° a nastavitelným očním rozestupem v rozsahu min. 50 -75mm, zorné pole min. č. 20.

Stavitelná rozteč okulárů je max. 55-75 mm.

d) Parametr Centrovatelný Abbeův kondenzor s karuselem pro světlé pole, temné pole a fázový kontrast aperturní clonou a optikou pro nastavení Koehlerova osvětlení.

Kondenzor má dva centrovací šrouby pouze s imbus otvorem (bez úchytek). K mikroskopu je dodáván imbusový klíč, případně dva klíče, které lze ztratit, a tudíž nepraktické pro výuku, pro kterou je mikroskop určen.

Fázový kontrast se špatně seřizuje - malý prostor vzadu kondenzoru. Má dva imbusové klíče dodávané v pytlíku. Nastavovací šrouby fázového kontrastu nejsou pevně připevněny ke kondenzoru, navíc nemají úchytku, což je nepraktické pro výuku, pro kterou je mikroskop určen.

e) Parametr Vestavěná polní clona v rámu mikroskopu.

Polní clona je modul k mikroskopu, není součástí rámu mikroskopu. Nelze seřidit výška kondenzoru - ostré okraje polní clony současně s preparátem.

i) Parametr Stavebnicová robustní konstrukce. Vestavěné úchytky pro bezpečný transport v rámu mikroskopu.

Úchytky v rámu mikroskopu pro bezpečný transport – vzhledem k přenášení mikroskopů nemá předváděný mikroskop ideální řešení, lze ho sice uchopit za oblouk stativu, ale pro druhou ruku není žádná úchytka. Mikroskop neobsahuje úchytky pro transport.

Podmínky zadavatele na splnění výše uvedených parametrů tedy nebyly naplněny.

Dále hodnotící komise při posouzení nabídky uchazeče MIKRO, spol. s r.o. v rámci posouzení splnění zákonných požadavků dospěla k závěru, že nejsou podepsána čestná prohlášení na str. 43 nabídky, nejedná se tedy o prohlášení dodavatele o vázanosti nabídkou dle § 68 odst. 2 věta třetí a prohlášení dle § 68 odst. 3 písm. c) zákona.


Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče MIKRO, spol. s r.o. nesplnila zákonné požadavky a požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a z daného důvodu nabídku vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje zadavatel uchazeče MIKRO, spol. s r.o. z účasti v zadávacím řízení.

BioVendor – Laboratorní medicína a.s., se sídlem Tůmova 2265/60, 616 00 Brno, IČ 63471507.

Hodnotící komise při posouzení nabídky uchazeče BioVendor – Laboratorní medicína a.s. v rámci posouzení splnění požadavků uvedených zadavatelem v zadávací dokumentaci dospěla k závěru, že uchazeč nesplnil jeden z technických parametrů uvedený v technických podmínkách. Zadavatel požadoval v rámci technické specifikace, která je součástí návrhu Smlouvy, který tvoří přílohu č. 1 zadávací dokumentace, mj. parametr „objektiv Plansemiapochromat 100x/1,3 imerzní“.

V rámci uchazečem předložené nabídky hodnotící komise shledala rozpor mezi údaji uvedenými v Technické specifikaci dodávky/Technických parametrech nabízených dodavatelem (str. 16-17 nabídky) a údaji



EVROPSKÁ UNIE
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
INVESTICE DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI



uvedenými v Technické specifikaci dodávky-popis/Technických parametrech nabízených dodavatelem (str. 18 – 19 nabídky), ve které uchazeč uvedl parametr objektivu „Semiplanachromat 100x/1,3 imerzní“. V Technické specifikaci dodávky/Technických parametrech nabízených dodavatelem (str. 16-17 nabídky) je uvedeno ANO, zatímco v Technické specifikaci dodávky-popis/Technických parametrech nabízených dodavatelem (str. 18 – 19 nabídky) je uvedeno CCIS Plan archromatic EP PL 100:1/1.25/0.17 Oil (S), tudíž objektiv s odlišnými parametry. Navíc zadavatel požadoval jiný typ objektivu (Plansemiapochromat 100x/1,3 imerzní).

Uchazeč byl dne 29. července 2013 požádán o vysvětlení nabídky. V Písemném vysvětlení nabídky doručeném zadavateli dne 1. srpna 2013 uchazeč uvedl:

„Naším opomenutím (chybou způsobenou lidským faktorem) jsme během přípravy nabídky ponechali v technické specifikaci dodávky popis objektivu, který neodpovídá konečnému/aktualizovanému zadání v důsledku poskytnutí dodatečné informace č. 2. Za tuto naši chybu se zadavateli omlouváme a uvádíme výše uvedenou nesrovnalost na pravou míru tak, že upravujeme spornou položku v dokumentech technické specifikace, které přikládáme k tomuto vysvětlení. Protože se jedná o dokumenty, které tvoří nedílnou součást návrhu kupní smlouvy, přikládáme jako přílohu tohoto dopisu smlouvu jako celek, přičemž úpravy se týkají pouze uvedené nesrovnalosti v rámci technické specifikace a vše ostatní zůstává nezměněno. (Pro usnadnění orientace byly upravované pasáže podbarveny žlutou barvou).“

Hodnotící komise výše uvedené písemné vysvětlení uchazeče nemohla akceptovat, protože jím uchazeč zásadním způsobem změnil obsah nabídky.

Podmínka zadavatele na splnění parametru objektivu tedy nebyla naplněna.

Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že nabídka uchazeče BioVendor – Laboratorní medicína a.s. nesplnila požadavky zadavatele uvedené v zadávacích podmínkách a z daného důvodu nabídku vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona uchazeč, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení. Vyloučení uchazeče včetně důvodů zadavatel uchazeči bezodkladně písemně oznámí. Na základě této skutečnosti vylučuje zadavatel uchazeče BioVendor – Laboratorní medicína a.s. z účasti v zadávacím řízení.

9. Odůvodnění vyloučení uchazečů s mimořádně nízkou nabídkovou cenou: netýká se
10. Důvod použití jednacího řízení s uveřejněním či jednacího řízení bez uveřejnění: netýká se
11. Důvod zrušení zadávacího řízení: netýká se

V Brně dne 19. 11. 2013

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
děkan

v.z. pro účely el. podpisu
Mgr. Pavel Vicherek
Manažer pro koordinaci a správu projektů