

- Zadavatel:** Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224
veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem
Přírodovědecké fakulty MU
- Název veřejné zakázky:** „Přístrojové vybavení 11. část - Výrobníky ledu, mrazáky, úprava vody,
autoklávy, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149“ - část 1: Výrobníky ledu, mrazáky
- Název projektu:** Centrum experimentální, systematické a ekologické biologie
- Reg. č. projektu:** CZ1.05/4.1.00/04.0149
- Druh veřejné zakázky:** nadlimitní veřejná zakázka na dodávky
- Druh zadávacího řízení:** otevřené řízení

Dodatečné informace č. 6

Jeden z dodavatelů uplatnil dne 28. 11. 2013 u zadavatele následující požadavek na poskytnutí
dodatečných informací týkající se výše uvedené veřejné zakázky:

Dotaz dodavatele:

"Dobrý den,

Rádi bychom Vás tímto požádali o odpovědi a poskytnutí následujících dodatečných informací u této VZ:

1/ u položky č.3 mrazicí box- 1ks pultové provedení máte v technické specifikaci dodávky uvedeno:

součástí dodávky jsou vnitřní nerezové inzerty/stojánky pro uložení krabiček (papírové krabičky pro
hlubokomrazicí boxy o rozměru 130 x 130 x 50 mm) pro vzorky

Naše otázka k této položce:

Znamená to, že součástí nabízené sestavy tohoto pultového mrazicího boxu má být plná výbava (tj. maximální
možný počet) nerezových držáků pro zmíněné krabičky? Mají být součástí sestavy také zmíněné papírové
krabičky pro vzorky v maximálním možném počtu ?

2/ další otázka k položce č.4- výrobníky ledu- 4 ks

Vzhledem k tomu, že specifikované výrobníky ledu se k vodovodnímu řádu připojují ze zadní strany zařízení a
tudíž v žádném případě nemohou být nasunuty svou zadní stěnou až ke zdi se chceme zeptat, jestli pro udanou
hloubku 620 mm připouštíte toleranci +/- 10% tj, že můžeme nabídnout zařízení, které má hloubku 660 mm.

Děkujeme za odpovědi."

Odpověď zadavatele:

- 1) Ano, součástí má být plná výbava včetně plného počtu krabiček.

- 2) Ne, zadavatel toleranci nepřipouští a trvá na rozměrech uvedených v zadávací dokumentaci.

.....
Doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr., děkan Přírodovědecké fakulty
MU