

Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ)

Zadavatel: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, IČ: 00216224
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké
fakulty

Název veřejné zakázky: Přístroje pro projekt CETOCOEN – C – 3. část - Kaskádový impaktor pro separaci
nano-částic včetně pumpy 4 x

Název projektu: Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí“ (RECETOX)

Reg. č. projektu: CZ 1.05/2.1.00/01.0001

1. Předmět veřejné zakázky:

Kaskádový impaktor pro separaci nano-částic včetně pumpy 4 x

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

1.785.000,- Kč bez DPH

3. Zvolený druh zadávacího řízení:

Nadepsaná veřejná zakázka byla zadávána v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) v návaznosti na § 38 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

BAGHIRRA s.r.o., Praha 8 - Karlín, Vítkova 262/4, PSČ 186 00, IČ: 27073823

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

V souladu s § 78 a násl. ZVZ stanovil zadavatel v ustanovení čl. 12 zadávací dokumentace, že podané nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky.

Váha jednotlivých kritérií v rámci hodnocení byla následující (podrobnosti viz článek 12 ZD):

A. Nabídková cena.....váha 70 %

B. Technická úroveň nabízeného plněníváha 28 %

C. Servisní a aplikační podpora.....váha 2 %

Výsledek hodnocení nabídek:

Kaskádový impaktor pro separaci nano-částic včetně pumpy 4 x	Nabídka č. 1	Nabídka č. 2
	ENVItch Bohemia s.r.o.	BAGHIRRA s.r.o.
Kritérium		
A. Celková nabídková cena	1 810 000,00 Kč	1 785 000,00 Kč
Počet bodů	98,62	100,00
Počet bodů - váha 70 %	69,03	70,00
B. Technická úroveň nabízeného plnění		
B.1 - Odběrové zařízení je možné dálkově ovládat a to zapnutí a vypnutí čerpadla, regulace průtoku a zjištění základních informací o podtlaku v odběrovém systému, teploty a odebraného objemu (ovládání přes připojení k ethernetu nebo sériovému modemu GSM).	ANO	ANO
Počet bodů	100,00	100,00
Počet bodů - váha 20 %	20,00	20,00
B.2 - Měření průtoku hmotnostním průtokoměrem s přepočtem na referenční hodnoty teploty a tlaku	ANO	ANO
Počet bodů	100,00	100,00
Počet bodů - váha 2 %	2,00	2,00
B.3 - Ukládání dat (odebraný objem, průtok, teplota, tlak) do vnitřní paměti nebo na externí paměťové médium.	ANO	ANO
Počet bodů	100,00	100,00
počet bodů - váha 2 %	2,00	2,00
B.4 - Při výpadku napájení se zařízení bez zásahu obsluhy samo znovu spustí a pokračuje v započatém měření (naváže na uložená data).	ANO	ANO
Počet bodů	100,00	100,00
Počet bodů - váha 2 %	2,00	2,00
B.5 - Technické řešení současně umožňuje umístění filtru z PUR (polyuretanové) pěny pro odběry vzorků ovzduší v plynné fázi.	ANO	ANO
Počet bodů	100,00	100,00
Počet bodů - váha 2 %	2,00	2,00
Počet bodů celkem (váha 28 %)	28,00	28,00
C. Servisní podpora		

C.1 Odborné zaškolení na místě dodání v rozsahu 4 hodin pro 2-5 osob v českém a anglickém jazyce včetně manuálů.	ANO	ANO
Počet bodů	100,00	100,00
Počet bodů - váha 2 %	2,00	2,00
Počet bodů celkem (váha 2 %)	2,00	2,00
Celkový počet bodů	99,0331	100,0000
Pořadí	2.	1.

6. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Zadavateli není ke dni vyhotovení této zprávy známo, že by se na plnění nadepsané veřejné zakázky měli podílet subdodavatelé vybraného uchazeče.

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

1. ENVltech Bohemia s.r.o.

sídlem Praha 6, Ovocná 1021/34, PSČ 161 00
 IČ: 47119209

nabídková cena: 1.810.000,- Kč bez DPH

Výsledné bodové ohodnocení: 99,0331

2. BAGHIRRA s.r.o.

sídlem Praha 8 - Karlín, Vítkova 262/4, PSČ 186 00
 IČ: 27073823

nabídková cena: 1.785.000,- Kč bez DPH

Výsledné bodové ohodnocení: 100,0000

8. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

Všechny nabídky vyhověly zadávacím podmínkám a požadavkům zákona o veřejných zakázkách. Žádná nabídka nebyla vyloučena.

V Brně dne 17. 12. 2013

.....
 doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.
 děkan