

## Písemná zpráva zadavatele

**Zadavatel:** Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta, IČ: 00216224  
Kotlářská 267/2, 611 37 Brno, veřejná vysoká škola, nezapsaná v obchodním rejstříku  
zastoupená doc. RNDr. Jaromírem Leichmannem, Dr., děkanem Přírodovědecké  
fakulty

**Název veřejné zakázky:** Přístroje pro projekt CETOCOEN – B – 7. část – Laboratorní sušárna 3x

**Název projektu:** Centrum pro výzkum toxických látek v prostředí“ (RECETOX)

**Reg. č. projektu:** CZ 1.05/2.1.00/01.0001

**Druh veřejné zakázky:** podlimitní veřejná zakázka na dodávky

**Druh zadávacího řízení:** zjednodušené podlimitní řízení

V souladu s § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“), vyhotovil zadavatel shora uvedené veřejné zakázky tuto písemnou zprávu.

### I. PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je dodávka Kalibrovaný zobrazovací denzitometr pro analýzu a vyhodnocování gelů.

Podrobnosti k předmětu této veřejné zakázky jsou uvedeny v předloze návrhu smlouvy a jejích přílohách, která je dostupná zde [https://zakazky.muni.cz/contract\\_display\\_2255.html](https://zakazky.muni.cz/contract_display_2255.html).

### II. ZVOLENÝ DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

Uvedená veřejná zakázka byla zadávána v souladu s ustanovením § 21 odst. 1 písm. f) v návaznosti na § 38 ZVZ ve zjednodušeném podlimitním řízení.

### III. VYBRANÝ UCHAZEČ

Zadavatel v souladu s ustanovením § 81 odst. 1 písm. a) ZVZ rozhodl o výběru nabídky uchazeče 2 THETA ASE, s.r.o., jako nejvhodnější k plnění výše uvedené veřejné zakázky.

#### Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

V souladu s § 78 a násl. ZVZ stanovil zadavatel v ustanovení čl. 12 zadávací dokumentace, že podané nabídky budou hodnoceny dle základního hodnotícího kritéria ekonomická výhodnost nabídky.

Předmětem hodnocení v rámci dílčích hodnotících kritérií jsou následující údaje:

- A. Nabídková cena ..... váha 76 %
- B. Technická úroveň nabízeného plnění .....váha 24 %

Výsledek hodnocení nabídek:

| Laboratorní sušárna 3x                                                     | Nabídka č. 1     | Nabídka č. 2     | Nabídka č. 3        | Nabídka č. 4       | Nabídka č. 5                    |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|--------------------|---------------------------------|
|                                                                            | Unimed           | NEJLABO s.r.o.   | 2 THETA ASE, s.r.o. | MEZOS spol. s r.o. | Fisher Scientific, spol. s r.o. |
| Kritérium                                                                  |                  |                  |                     |                    |                                 |
| A. Celková nabídková cena                                                  | 103<br>950,00 Kč | 193<br>100,00 Kč | 172<br>380,00 Kč    | 191<br>230,00 Kč   | 245<br>136,84 Kč                |
| Počet bodů                                                                 | -                | 89,27            | 100,00              | 90,14              | 70,32                           |
| Počet bodů - váha 76 %                                                     |                  | 67,85            | 76,00               | 68,51              | 53,44                           |
| B. Technická úroveň nabízeného plnění                                      |                  |                  |                     |                    |                                 |
| B.1 - Možnost nastavení odloženého startu                                  |                  | ANO              | ANO                 | ANO                | ANO                             |
| Počet bodů                                                                 |                  | 100,00           | 100,00              | 100,00             | 100,00                          |
| Počet bodů - váha 4 %                                                      |                  | 4,00             | 4,00                | 4,00               | 4,00                            |
| B.2 - Možnost vnitřního okruhu, nepřisává se vzduch z okolí přístroje      |                  | ANO              | ANO                 | ANO                | ANO                             |
| Počet bodů                                                                 |                  | 100,00           | 100,00              | 100,00             | 100,00                          |
| Počet bodů - váha 5 %                                                      |                  | 5,00             | 5,00                | 5,00               | 5,00                            |
| B.3 - Možnost nastavení uživatelských programů s minimálně čtyřmi segmenty |                  | ANO              | ANO                 | ANO                | ANO                             |
| Počet bodů                                                                 |                  | 100,00           | 100,00              | 100,00             | 100,00                          |
| počet bodů - váha 10 %                                                     |                  | 10,00            | 10,00               | 10,00              | 10,00                           |
| B.4 - Max. teplota nad 250°C                                               |                  | Ano              | Ano                 | Ano                | Ano                             |
| Počet bodů                                                                 |                  | 100,00           | 100,00              | 100,00             | 100,00                          |
| Počet bodů - váha 5 %                                                      |                  | 5,00             | 5,00                | 5,00               | 5,00                            |
| Počet bodů celkem (váha 24 %)                                              |                  | 24,00            | 24,00               | 24,00              | 24,00                           |
| Celkový počet bodů                                                         |                  | 91,8451          | 100,0000            | 92,5085            | 77,4431                         |
| Pořadí                                                                     | -                | 3.               | 1.                  | 2.                 | 4.                              |

#### 1) Účast subdodavatele na plnění veřejné zakázky

Zadavateli není ke dni vyhotovení této zprávy známo, že by se na plnění nadepsané veřejné zakázky měli podílet subdodavatelé vybraného uchazeče

#### 2) Cena sjednaná ve smlouvě

Cena sjednaná ve smlouvě s vybraným uchazečem odpovídá nabídkové ceně a činí 172.380,- Kč bez DPH.

Uchazeč je oprávněn k nabídkové ceně připočíst DPH ve výši stanovené v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a to ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.

#### IV. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VŠECH UCHAZEČŮ

Identifikační údaje všech uchazečů včetně jejich nabídkových cen jsou uvedeny níže.

|                                             |                                |
|---------------------------------------------|--------------------------------|
| <b>Pořadové číslo nabídky:</b>              | <b>1</b>                       |
| <b>Obchodní firma/Název/Jméno uchazeče:</b> | Unimed Praha, s.r.o.           |
| Sídlo/Místo podnikání:                      | Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec |
| IČ:                                         | 14891344                       |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH:</b>         | 103.950,-                      |

|                                             |                           |
|---------------------------------------------|---------------------------|
| <b>Pořadové číslo nabídky:</b>              | <b>2</b>                  |
| <b>Obchodní firma/Název/Jméno uchazeče:</b> | NEJLABO s.r.o.            |
| Sídlo/Místo podnikání:                      | č.p. 880, 739 94 Vendryně |
| IČ:                                         | 29458901                  |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH:</b>         | 193.100,-                 |

|                                             |                                    |
|---------------------------------------------|------------------------------------|
| <b>Pořadové číslo nabídky:</b>              | <b>3</b>                           |
| <b>Obchodní firma/Název/Jméno uchazeče:</b> | 2 THETA ASE, s.r.o.                |
| Sídlo/Místo podnikání:                      | Český Těšín, Jasná 307, PSČ 735 62 |
| IČ:                                         | 25867032                           |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH:</b>         | 172.380,-                          |

|                                             |                                                      |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Pořadové číslo nabídky:</b>              | <b>4</b>                                             |
| <b>Obchodní firma/Název/Jméno uchazeče:</b> | MEZOS spol. s r.o.                                   |
| Sídlo/Místo podnikání:                      | Hradec Králové, Třída Edvarda Beneše 573, PSČ 500 12 |
| IČ:                                         | 62025996                                             |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH:</b>         | 191.230,-                                            |

|                                             |                                       |
|---------------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Pořadové číslo nabídky:</b>              | <b>5</b>                              |
| <b>Obchodní firma/Název/Jméno uchazeče:</b> | Fisher Scientific, spol. s r.o.       |
| Sídlo/Místo podnikání:                      | Pardubice, Kosmonautů 324, PSČ 530 02 |
| IČ:                                         | 25791079                              |
| <b>Nabídková cena v Kč bez DPH:</b>         | 245.136,84-                           |

## V. UCHAZEČ, KTERÝ BYL ZE ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ VYLOUČEN

Následující uchazeč byl vyloučen ze zadávacího řízení:

|                                      |                                |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| Pořadové číslo nabídky:              | 1                              |
| Obchodní firma/Název/Jméno uchazeče: | Unimed Praha, s.r.o.           |
| Sídlo/Místo podnikání:               | Ve Stromkách 41, 252 42 Vestec |
| IČ:                                  | 14891344                       |
| Nabídková cena v Kč bez DPH:         | 103.950,-                      |

**Odůvodnění:**

Zadavatel stanovil v Příloze č.1 zadávací dokumentace v technické specifikaci dodávky u položky „Laboratorní sušárna“ mimo jiné následující požadavek:

*„Velikost vnitřního prostoru min 55x45x65 cm (šířka, hloubka, výška)“*

Uchazeč v rámci své nabídky u dané položky uvedl velikost vnitřního prostoru 58,5 x 43,4 x 70,7 cm, čímž nesplnil minimální požadavky zadavatele na technickou úroveň nabízeného řešení. Hodnotící komise dané hodnoty dále prověřila a jelikož uchazeč v rámci nabídky předložil i katalogové listy nabízeného produktu a zjistila, že i výše uvedené hodnoty v rámci nabídky nejsou správné, jelikož uchazeč vyplnil hodnoty vnějších rozměrů přístroje, nikoliv velikost vnitřního prostoru sušárny, tak jak zadavatel požadoval. Z katalogového listu daného produktu vyplývá, že vnitřní rozměry daného přístroje jsou 40 x 32 x 25 cm, což v žádném z rozměrů nesplňuje technické požadavky zadavatele na nabízené plnění

Na základě výše uvedeného dospěla hodnotící komise k jednomyslnému závěru, že uchazeč Unimed Praha, s.r.o. neprokázal splnění zadávacích podmínek zadavatele, jak byl zadavatelem vymezen v zadávacích podmínkách, a z daného důvodu komise tedy nabídku uvedeného uchazeče vyřadila.

Dle ustanovení § 76 odst. 6 zákona uchazeče, jehož nabídka byla při posouzení nabídek hodnotící komisí vyřazena, vyloučí zadavatel bezodkladně z účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 6. 12. 2013

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.  
děkan