



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

Písemná zpráva zadavatele

podle § 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů

Zadavatel: Masarykova univerzita, Žerotínovo nám. 9, 601 77 Brno, IČ: 00216224

Veřejná zakázka: „Dodávka přístrojů pro vybavení přípravný a laboratoře Bioskop II“

Část 1 - Mikroskopy

Název projektu: Věda a vědci pro vzdělanost moderní společnosti

Registrační číslo: CZ.1.07/2.3.00/35.0005

1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění této části veřejné zakázky je dodávka přístrojů dle požadavků zadavatele uvedených v zadávací dokumentaci a jejich přílohách.

2. Cena sjednaná ve smlouvě:

847.945,- Kč bez DPH

3. Zvolený druh zadávacího řízení:

zjednodušené podlimitní řízení

4. Identifikační údaje vybraného uchazeče:

NIKON spol. s r.o., Praha 5 - Zbraslav, K Radotínu 15, PSČ 156 00, IČ 61509426

5. Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky:

Na základě výsledku posouzení nabídek předložených uchazeči,

- jejichž nabídky nebyly komisí pro otevírání obálek s nabídkami vyřazeny a kteří nebyli zadavatelem následně vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,
- kteří prokázali splnění kvalifikačních předpokladů,
- jejichž nabídky nebyly hodnotící komisí při jejich posouzení vyřazeny a kteří nebyli zadavatelem následně vyloučeni z další účasti v zadávacím řízení,

provedla hodnotící komise hodnocení nabídek v souladu s § 78 odst. 1 písm. b) ZVZ dle základního hodnotícího kritéria nejnížší nabídková cena.

Pořadí nabídek dle výše nabídkové ceny v Kč bez DPH je následující:

1. NIKON spol. s r.o.

Praha 5 - Zbraslav, K Radotínu 15, PSČ 156 00

IČ: 61509426

Nabídková cena v Kč bez DPH: 847.945,-

2. RNDr. Zdeněk Rudel

Kupecká 2379/6, 59101 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3

IČ: 41498844

Nabídková cena v Kč bez DPH: 859.970,-

Na základě uvedených výsledků hodnocení těchto nabídek se zadavatel v souladu s doporučením hodnotící komise rozhodl vybrat jako nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky nabídku výše uvedeného uchazeče.

Veřejná zakázka

„Dodávka přístrojů pro vybavení přípravný a laboratoře Bioskop II“

Část 1 – Mikroskopy

Písemná zpráva zadavatele



evropský
sociální
fond v ČR



EVROPSKÁ UNIE



MINISTERSTVO ŠKOLSTVÍ,
MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY



OP Vzdělávání
pro konkurenceschopnost



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

6. Jaká část veřejné zakázky má být plněna prostřednictvím subdodavatele:

Zadavateli není ke dni vyhotovení této zprávy známo, že by se na plnění nadepsané veřejné zakázky měli podílet subdodavatelé vybraného uchazeče.

7. Identifikační údaje všech uchazečů a jejich nabídkové ceny:

Nabídka č. 1

NIKON spol. s r.o.

Praha 5 - Zbraslav, K Radotínu 15, PSČ 156 00

IČ: 61509426

Nabídková cena v Kč bez DPH: 847.945,-

Nabídka č. 2

RNDr. Zdeněk Rudel

Kupecká 2379/6, 59101 Žďár nad Sázavou - Žďár nad Sázavou 3

IČ: 41498844

Nabídková cena v Kč bez DPH: 859.970,-

Nabídka č. 3

MIKRO, spol. s r.o.

Lísky 1022/94, 62400 Brno

IČ: 41604326

Nabídková cena v Kč bez DPH: 743.407,-

8. Identifikační údaje vyloučených zájemců či uchazečů a odůvodnění jejich vyloučení:

MIKRO, spol. s r.o.; Lísky 1022/94, 62400 Brno; IČ 41604326

Odůvodnění:

Nabídka nesplnila následující požadavky zadavatele:

o Položka 1: v nabídce na str.21 nabízený typ: Leica DM500 nesplňuje položku specifikace: „Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 47-75 mm“ Nabízené zboží má rozteč 52-75 mm.

o Položka 2: v nabídce na str.24 nabízený typ: Leica DM500 nesplňuje položku specifikace: „Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 47-75 mm“ Nabízené zboží má rozteč 52-75 mm.

o Položka 3: v nabídce na str.27 nabízený typ: Leica DM500 nesplňuje položku specifikace: „Nastavitelná rozteč okulárů v rozsahu min. 47-75 mm“ Nabízené zboží má rozteč 52-75 mm.

o Položka 5: v nabídce na str.31 nabízený typ: NSZ-606 nesplňuje položku specifikace: „Možnost nastavení mezioční vzdálenosti tubusu v rozsahu min. 54 až 75 mm“ Nabízené zboží má rozteč 55-75mm.

o Položka 6: v nabídce na str.32 nabízený typ: NSZ-808 nesplňuje položku specifikace: „Možnost nastavení mezioční vzdálenosti tubusu v rozsahu min. 52 až 75 mm“ Nabízené zboží má rozteč 55-75mm.

o Položka 6: v nabídce na str.32 a 44 nabízený typ: NSZ-808 nesplňuje položku specifikace pracovní vzdálenost. Zadavatel vyžadoval „Pracovní vzdálenost min. 115 mm“. Uchazeč v nabídce na straně 32 uvedl „pracovní vzdálenost 126mm (78 mm)“. V odpovědi na žádost o vysvětlení nabídky upřesnil, že nabízí ke splnění požadavků zadavatele dva různé objektivy. Uchazečem v nabídce uvedené zboží tedy nesplňuje zároveň parametr na pracovní vzdálenost a zvětšení. Zadavatel vyžadoval zařízení splňující oba požadavky. Vzhledem ke způsobu využití se nejedná o technicky a kvalitativně obdobné řešení ve smyslu zadávací dokumentace (bylo by nutné provádět výměnu objektivů).



INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚLÁVÁNÍ

V Brně dne 05. 03. 2014

.....
doc. Ing. Ladislav Janíček, Ph.D., MBA
kvestor