

Dodatečné informace 2

nadlimitní veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení část 8. pro projekt CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149 – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

část 2 – Vodní lázně

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Dotaz č. 1:

Dobrý den,

rádi bychom Vás tímto požádali u této VZ o poskytnutí následujících dodatečných informací a odpovědi na naše dotazy:

1/ k položce A/ vodní lázeň 4 ks- A25 se chceme zeptat:

Můžeme Vám k této položce nabídnout zařízení, splňující všechny Vaše technické požadavky, které mají vnitřní rozměr lázně 300 x 500 mm?

2/ otázka k položce B/ vodní lázeň třepací- 3 ks A25,A36

Můžeme Vám k této položce nabídnout zařízení, které má frekvenci třepání [1/min.] v rozsahu 20-180 ot/min?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace).

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel vydáním těchto dodatečných informací žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

V Brně dne 12. 3. 2014

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty MU