

Dodatečné informace 4

nadlimitní veřejná zakázka

„Přístrojové vybavení část 8. pro projekt CESEB, reg.č. CZ.1.05/4.1.00/04.0149 – OPAKOVANÉ ŘÍZENÍ“

část 3 – Třepačky

Zadavatel poskytuje na základě § 49 odst. 1-3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), následující dodatečné informace:

Znění žádosti o dodatečné informace včetně odpovědí na tyto dotazy:

Dobrý den,

rádi bychom Vás tímto požádali o dodatečné informace o odpovědi na naše otázky týkající se této VZ:

Dotaz č. 1:

Prosíme o vysvětlení pojmu reciproční pohyb.

Různí výrobci pod tímto pojmem označují bohužel různý pohyb. Chcete pohyb reciproční dle výrobce IKA i jiných německých výrobců (Buhler, Ditabis) ze strany na stranu, někdy nazývaný také horizontální pohyb? Nebo chcete pohyb reciproční dle výrobce Biosan kruhový s možností pohybu tam a zpět?

Odpověď č. 1:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Tj. zadavatel požaduje u daných třepaček reciproční pohyb. Technické řešení recipročního pohybu třepačky je na dodavateli.

Dotaz č. 2:

U položky pod číslem A/ třepačka reciproční 5 ks máte v technické specifikaci v tabulce uvedeny 3 typy třepacích platform - nerezová pro uchycení klipů, třepací deska protiskluzová a univerzální válečkový držák. Jsou různé možnosti řešení:

2 platformy pro každou třepačku: Jednu pro klipsy na kterou lze zároveň nalepit protiskluzovou lepicí pásku + jednu platformu s válci

3 platformy pro každou třepačku: Jednu pro klipsy + jednu samostatnou platformu s protiskluzovým povrchem + jednu platformu s válci.

Zde bychom se rádi zeptali kolik platform celkem má obsahovat dodávka u této položky pod číslem A/?

Odpověď č. 2:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje dodání všech tří platform.

Dotaz č. 3:

U položky B/ třepačka reciproční s možností více pater 2 ks v tabulce minimálně technických parametrů uvádíte opět 3 typy platform: základní nerezová deska pro uchycení klipů, třepací deska protiskluzová a válečkový držák. Zde naše otázka: Můžeme Vám tedy ke každému kusu třepačky nabídnout 1 ks nerezovou desku pro uchycení klipů na kterou lze zároveň nalepit protiskluzovou lepicí pásku (včetně těchto lepicích protiskluzových pásek) a 1 ks válečkový držák - tedy platformu s nastavitelnými válečky? Každá platforma ať už nerezová deska s protiskluzovými lepicími páskami nebo platforma s nastavitelnými válečky je univerzální pro různé typy baněk (i

vámi zmíněných tj. o objemu 250, 500 a 100 ml) a proto jejich nabídnutí pro jednu třepačku obou platform a jejich následné přemontování, je zcela nepraktické.

Ptáme se tedy jaké platformy a v jakém počtu mají být ke každému kusu třepačky nabídnuty.

Odpověď č. 3:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje dodání všech tří platform.

Dotaz č. 4:

Dále máte v tabulce uvedeno: Možnost třepání více pater - znamená to tedy, že nabídnutá třepačka musí do budoucna umožňovat její případné rozšíření o tuto více patrovou platformu? Nebo to znamená, že tato platforma s více patry má být již součástí dodávky?

Odpověď č. 4:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Zadavatel požaduje, aby dodávaná třepačka umožňovala třepání více pater. Jelikož je tento požadavek v minimálních technických parametrech, musí třepačka tuto funkci mít.

Dotaz č. 5

U položky D) Třepačka kolébavá s možností více pater 2 ks (předpokládaná cena celkem je 100.000,- Kč bez DPH). Přístroj pro pomalý houpavý/kolébavý pohyb pro barvení gelů a kultivaci mikroorganismů. Prosíme o vysvětlení Vaší technické specifikace požadovaného zařízení.

Třepačky s houpavým pohybem pro barvení gelů mají běžně buď

1. kolébavý/kývavý (ze strany na stranu, někdy také označovaný 2D pohyb či anglicky rocking) nebo
 2. kombinovaný 3D pohyb kdy platforma je uchycena ve středu a kýve se do všech stran (anglicky waving)
- Pro žádné z těchto třepaček, podle našich znalostí trhu, se jako příslušenství nedodávají ve vámi uvedených minimálně technických parametrech uvedené platformy pro klipsy, třepací deska pro Erlenmayerovy baňky a platformy s válci či možnost třepání více pater.

Můžete nám, prosím, vysvětlit jestli nedošlo k chybě nebo uvést pro ilustraci příklad třepačky která splňuje vaše zadané parametry?

Odpověď č. 5:

Zadavatel trvá na minimálních technických parametrech uvedených v příloze č. 1 návrhu kupní smlouvy (příloha č. 1 zadávací dokumentace). Zadavatel je přesvědčen, že na trhu existují dodavatelé, kteří jsou schopni dodat třepačky s deskou pro klipsy, protiskluzovou deskou pro Erlenmayerovy baňky a deskou s válečky.

Jak vyplývá z výše uvedeného, zadavatel vydáním těchto dodatečných informací žádným způsobem nemění zadávací podmínky k předmětné veřejné zakázce.

V Brně dne 17. 3. 2014

doc. RNDr. Jaromír Leichmann, Dr.,
děkan Přírodovědecké fakulty